



Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO IR PATIKSLINTŲ PIRKIMO SĄLYGŲ

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešųjų pirkimų komisija, atviro konkurso būdu (supaprastintas pirkimas) vykdanči viešąjį pirkimą „Medicininį baldų pirkimas“ (pirkimo CVP IS ID 18109, toliau - Pirkimas), CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo prašymą paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

Komisija teikia atsakymą į pateiktą pranešimą, cituojama:

„PRAŠYMAS PATIKSLINTI/PAKEISTI VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGAS

Perkančioji organizacija VšĮ Kauno miesto poliklinika 2024-12-20 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbė atvirą supaprastintą konkursą „Medicininiai baldai“, pirkimo Nr. 575193 (toliau - Pirkimas), kurio pirkimo objektas skaidomas į 15 atskirų pirkimo dalių. Susipažinus su Pirkimo technine specifikacija, nustatyta, kad techninėje specifikacijoje yra netikslumų/neaiškumų, kurie neleidžia tinkamai parengti pasiūlymo, arba yra dirbtinai ribojama konkurencija. Norime atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nurodyta, kad konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių dalyvių pozicijų, nes viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime įtvirtintų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų tikslas yra būtent užtikrinti šiems Europos Sąjungoje įsteigtiems dalyviams galimybę dalyvauti juos dominančiuose viešuosiuose pirkimuose (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10).

Atsižvelgiant į tai, teikiame prašymą patikslinti/pakeisti Pirkimo sąlygas.

Prašymo argumentai:

1. 8 pirkimo dalies Techninės specifikacijos (toliau - TS) 8.4 punkte nurodytas reikalaujamas dviejų dalių terapinio elektrinio stalo stalviršio dydis „ilgis 185 (-5/+10) cm“. Mūsų nuomone, leidžiama stalviršio paklaida parinkta neobjektyviai ir neleidžia pasiūlyti ilgesnio, t.y. ir patogesnio, ergonomiškesnio stalo. Leidžiama paklaida yra nuo -5 cm iki + 10 cm. Pažymėtina, kad tokia pati paklaida leidžiama ir stalviršio plociui, kuris yra beveik dvigubai mažesnis (palyginimui 185 cm ir 100 cm), tokiu būdu, plociui leidžiama 10 proc. paklaida, o ilgiui - tik 5,4 proc. Baldų gamybos praktikoje visuotinai priimta taisyklė yra leidžiama $\pm 10\%$ paklaida, o ne konkrečiais išmatavimais leidžiama paklaida. Atsižvelgiant į tai, ir siekiant užtikrinti TS parametrų parinkimo objektyvumą, prašome TS 8.4 punkte leidžiamą pločio ir ilgio paklaidą pakeisti į $\pm 10\%$.

2. Prašome 7 pirkimo dalyje TS 5.4 punkte analogiškais argumentais remiantis pakeisti leidžiamą pločio ir ilgio paklaidą į $\pm 10\%$.

3. 9 pirkimo dalies TS 9.2 punkte reikalaujamas elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis „Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 100 cm“. Manome, kad reikalavimas suformuluotas nelogiškai, nes nėra jokio pagrindo riboti mažesnę reguliuojamą kušetės aukštį, t.y. aukštį, į kurį (kuo žemiau) kušetė galėtų būti nuleidžiama. Nagrinėjamu atveju neleidžiama siūlyti kušetės, kuri nuleidžiama į 45 cm aukštį, t.y. nuleidžiama žemiau negu 48 cm.

4. Palyginus kelių pirkimo dalių (7, 8 ir 9) TS nustatyta, kad skirtingose dalyse nurodytos skirtingos elektrinių stalų reguliuojamo aukščio apatinė ir viršutinė ribos, nors tam nėra jokio objektyvaus pagrindo. Kas leidžia manyti, kad tokie parametrai riboja konkurenciją, nes nėra jokių priežasčių, dėl kurių tas pats pirkimo objektas - elektriniai stalai turėtų skirtingą reguliuojamą aukštį. Prašome 7, 8 ir 9 pirkimo dalyse suvienodinti 7.5, 8.6, 9.2 punktų reikalavimus paliekant vidutinį reikalavimą - nuo 46 cm iki 96 cm, ± 2 cm.

Dėkojame už sudarytą galimybę dalyvauti viešajame pirkime.“

Atsakymas:

Paklausimas (tiekėjo tekstas neredaguotas)	Atsakymas
CVP IS pranešimo ID 18109	

<p>1. 8 pirkimo dalies Techninės specifikacijos (toliau - TS) 8.4 punkte nurodytas reikalaujamas dviejų dalių terapinio elektrinio stalo stalviršio dydis „ilgis 185 (-5/+10) cm“. Mūsų nuomone, leidžiama stalviršio paklaida parinkta neobjektyviai ir neleidžia pasiūlyti ilgesnio, t.y. ir patogesnio, ergonomiškesnio stalo. Leidžiama paklaida yra nuo -5 cm iki + 10 cm. Pažymėtina, kad tokia pati paklaida leidžiama ir stalviršio pločiui, kuris yra beveik dvigubai mažesnis (palyginimui 185 cm ir 100 cm), tokiu būdu, pločiui leidžiama 10 proc. paklaida, o ilgiui - tik 5,4 proc. Baldų gamybos praktikoje visuotinai priimta taisyklė yra leidžiama $\pm 10\%$ paklaida, o ne konkrečiais išmatavimais leidžiama paklaida. Atsižvelgiant į tai, ir siekiant užtikrinti TS parametrų parinkimo objektyvumą, prašome TS 8.4 punkte leidžiamą pločio ir ilgio paklaidą pakeisti į $\pm 10\%$.</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 pirkimo dalyje „Dviejų dalių terapinis elektrinis stalas“, perkamas medicininis stalas skirtas konkrečiai patalpai ir didesnių matmenų stalas, nei nurodyta, nebūtų tinkamas dėl patalpos dydžio (gali būti per ilgas).</p> <p>8 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 8.4 p. reikalavimas nebus keičiamas.</p>
<p>2. Prašome 7 pirkimo dalyje TS 5.4 punkte analogiškais argumentais remiantis pakeisti leidžiamą pločio ir ilgio paklaidą į $\pm 10\%$.</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 7 pirkimo dalyje „Vienos sekcijos terapinis elektrinis stalas“, perkamas medicininis stalas skirtas konkrečiai patalpai, todėl didesnių matmenų stalas, nei nurodyta, nebūtų tinkamas dėl patalpos dydžio (gali būti per ilgas).</p> <p>7 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 7.4 p. reikalavimas nebus keičiamas.</p>
<p>3. 9 pirkimo dalies TS 9.2 punkte reikalaujamas elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis „Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 100 cm“. Manome, kad reikalavimas suformuluotas nelogiškai, nes nėra jokio pagrindo riboti mažesnę reguliuojamą kušetės aukštį, t.y. aukštį, į kurį (kuo žemiau) kušetė galėtų būti nuleidžiama. Nagrinėjamu atveju neleidžiama siūlyti kušetės, kuri nuleidžiama į 45 cm aukštį, t.y. nuleidžiama žemiau negu 48 cm.</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 pirkimo dalyje „Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė“, 9.2. p. reikalaujama, kad elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis „Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 100 cm,“, t. y. galima siūlyti kušetę, kuri nusileidžia 48 cm ir žemiau.</p> <p>Kušetė, kuri nusileidžia į 48 cm ir žemesnę aukštį - bus tinkama.</p> <p>9 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 9.2 p. reikalavimas nebus keičiamas.</p>
<p>4. Palyginus kelių pirkimo dalių (7, 8 ir 9) TS nustatyta, kad skirtingose dalyse nurodytos skirtingos elektrinių stalų reguliuojamo aukščio apatinė ir viršutinė ribos, nors tam nėra jokio objektyvaus pagrindo. Kas leidžia manyti, kad tokie parametrai riboja konkurenciją, nes nėra jokių priešasčių, dėl kurių tas pats pirkimo objektas - elektriniai stalai turėtų skirtingą reguliuojamą aukštį.</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 7 pirkimo dalyje „Vienos sekcijos terapinis elektrinis stalas“, 8 pirkimo dalyje „Dviejų dalių terapinis elektrinis stalas“ ir 9 pirkimo dalyje „Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė“ perkami skirtingos funkcinės paskirties bei techninių reikalavimų medicininiai baldai skirtingoms procedūroms atlikti.</p> <p>Atsižvelgiant į tiekėjo Prašymą, Prašymas tenkinamas iš dalies. Reikalavimai nebus keičiami 7 ir 8 p.o.d.</p>

Prašome 7, 8 ir 9 pirkimo dalyse suvienodinti 7.5, 8.6, 9.2 punktų reikalavimus paliekant vidutinį reikalavimą - nuo 46 cm iki 96 cm, ± 2 cm.

Tikslinama Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 p.o.d. „Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė“ 9.2. p. reikalavimai:

Buvo:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
9.2.	Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis	Ne mažesnėse ribose kaip nuo 48 cm iki 100 cm


Keičiama į:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
9.2.	Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis	Ne mažesnėse ribose kaip nuo 48 cm iki 96 cm

Atsižvelgiant į atliktus Pirkimo sąlygų pakeitimus, atnaujinta Pirkimo ID. 575193 „Medicinių baldų pirkimas“ dokumentų versija Nr. 2 skelbiama CVP IS prie Pirkimo dokumentų. Šis Pirkimo sąlygų patikslinimas yra laikomas neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi.

Tiekėjus prašome, teikiant pasiūlymą, vadovautis naujausia paskelbta Pirkimo dokumentų versija.

Komisijos pirmininkė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto poliklinika VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tiekėjo paklausimo ir patikslintų pirkimo sąlygų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-14 Nr. S (E)-957
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-14 17:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-03 19:46 - 2026-10-03 19:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-