

Chirurginiai siūlai ir tinkleliai

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų standartinio svorio polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginis tinklelis 20 x 20 ± 1 cm. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis 2,4±0,2 x 2,5±0,2 mm, storis 0,5mm ±0,1mm. Optimalus tankis 45 g/m ² ± 2. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.	vnt.	200
2	Pusiau besirezorbuojantis savaime prikimbantis chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais kabliukais (monofilamentinis poliesteris arba lygiavertė medžiaga su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais lipniais kabliukais, porų dydis 1,1±0,1 x 1,7±0,1 mm, tinklo storis prieš absorbciją 70±2 g/m ² po absorbcijos 38±2 g/m ² tinklelio dydis 15±1 x 30±1 cm). Supakuota po vieną tinklą	vnt.	100
3	Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas (siūlo storis - 1, siūlo ilgis 90±1 cm, adatos ilgis 48±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - buka, apsauganti nuo atsitiktinio įsidūrimo). Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ant sterilios	tuzinas/ 12vnt.	12
4	Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas (siūlo storis -2-0, siūlo ilgis 70±1 cm, adatos ilgis 36±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - buka, apsauganti nuo atsitiktinio įsidūrimo). Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ant sterilios	tuzinas/ 12vnt.	10
5	Nesirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas (siūlo storis - 3-0, siūlo ilgis 90±1 cm, siūlo spalva – mėlyna, adatų kiekis – 2 vnt., adatų ilgis 17±1 mm, adatų lenktumas - 1/2, adatų tipas – apvalios). Adatos turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Adatos turi būti padengtos specialia danga, kuri išlaiko adatą aštrią dygsnis po dygsnio. Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ant sterilios pakuotės.	vnt.	72

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.