

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2026-05- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VŠĮ ŠAKIŲ LIGONINEI REIKALINGA ULTRAGARSINĖ
DIAGNOSTIKOS SISTEMA“, PIRKIMO NUMERIS 7847860**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „VŠĮ Šakių ligoninei reikalinga ultragarsinė diagnostikos sistema“, pirkimo numeris 7847860 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1 Klausimas. (kalba netaisyta) „*Siekdami užtikrinti aukštą gaminio kokybę ir konkurencingumą, siūlome šiuos pakeitimus: 4. 4.6. Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 90 laipsnius į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnius į dešinę; PAKEISTI Į: 4. 4.6. Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 30 laipsnius į kairę ir ne mažiau nei 30 laipsnius į dešinę; Šis parametras riboja konkurenciją, norint ergonomiškai naudotis prietaisu, nėra reikalingas 90 laipsnių panelės pasukimas, juolab, kad reguliuojamas ekrano pasukimas arba perstumiamas visas aparatas ratukų pagalba.*“

Atsakymas. Siūlomas keitimas ženkliai sumažintų ergonomines sistemos savybes. Valdymo panelės pasukimo kampas turi užtikrinti universalias prietaiso pozicionavimo galimybes, šis parametras yra svarbus ribotos erdvės patalpose. Reguluojamas ekrano pasukimas ir / ar perstumimas ratukų pagalba techniškai ir ergonomiškai neatstoja galimybės pasukti valdymo panelę stačiu (90°) kampu. Techninės specifikacijos parametro nuostatą atitinka ne mažiau nei 3 skirtingos rinkoje esančios sistemos. Parametras nebus keičiamas.

2 Klausimas. (kalba netaisyta) „*NAIKINTI ŠIUOS PUNKTUS: 4. 4.7. Centrinis stabdis. 12. Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (Vaizdo skenavimas be fokuso zonų)*“

Atsakymas. Panaikinus nurodytus specifikacijos punktus, sumažėtų ergonominės ir techninės sistemos savybės. Centrinis stabdis užtikrina greitą ir patogų sistemos pozicionavimą, kurio pagalba sistema užrakinama vieno pedalo paspaudimu, o ne atskirais stabdžiais kiekviename rate. Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje nurodo ultragarsinio spindulio generavimo būdą. Šiuolaikinės, rinkoje esančios įrangos, geba fokusuoti vaizdą pilname tyrimo gylyje, kas pagerina vaizdo vientisumą ir kokybę, eliminuoja rankinio fokusavimo poreikį. Minėti parametrai neriboja konkurencijos, nes yra parinkti pagal gamintojų siūlomų sistemų

charakteristikas, kurias atitinka ne mažiau nei 3 skirtingos rinkoje esančios sistemos. Dėl išvardintų priežasčių, 4.4.7 ir 12 punktų parametrai nebus naikinami (arba keičiami).

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-15 Nr. VPR-353
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-15 15:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-15 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-15 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“