

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Pirkėjas – UAB „LTG Kompetencijų centras“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – defibriliatorių priedai (elektrodai, išorinės baterijos, adapteriai).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Defibriliatorių priedai (elektrodai, išorinės baterijos, adapteriai) (toliau – Pirkimo objektas).

2.2. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Bendrieji reikalavimai:

3.1.1. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

3.1.2. Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

3.1.3. Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.1.4. Gamintojo garantuojamas ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis terminas nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

3.2. Techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Techniniai ir funkciniai reikalavimai	Dydis, sąlyga
1. Defibriliatorių elektrodai automatiniam išoriniam defibriliatoriui iPad CU-SP1 ir FRED PA-1, Schiller		
1.1.	Naudojimas	turi būti vienkartiniai, lipnūs (gėliniai), užtikrinantys gerą kontaktą su oda.
1.2.	Suderinamumas	turi idealiai atitikti automatinių išorinių defibriliatorių iPad CU-SP1 ir FRED PA-1, Schiller lizdą.
1.3.	Kabelio ilgis	ne trumpesnis kaip 100 cm
1.4.	Pakuotė	turi būti sandari, lengvai atplėšiama, su aiškiais piktogramomis, nurodančiomis klavijavimo vietas ant kūno
2. Defibriliatorių baterijos automatiniam išoriniam defibriliatoriui iPad CU-SP1 ir FRED PA-1, Schiller		
2.1.	Budėjimo režimas	Baterija privalo užtikrinti prietaiso veikimą budėjimo režimu (kai jis nenaudojamas) nuo 2 iki 5 metų
2.2.	Galiojimo laikas	Ant baterijos turi būti aiškiai nurodyta galiojimo pabaigos data arba gamybos data ne senesnė kaip 2025/12.

2.3.	Iškrovų kiekis	Turi atlikti nuo 100 iki 200 pilnos energijos iškrovų
2.4.	Temperatūrinis atsparumas	Baterija turi veikti ne prastesniame, kaip 0°C iki +40°C temperatūros diapazone
3. FRED PA-1, Schiller Elektrodo adapteriai (specialūs priedai, skirti automatiniais išoriniams defibriliatoriams, kurie leidžia naudoti standartinius suaugusiųjų elektrodus vaikams iki 8 metų arba sveriantiems mažiau nei 25 kg)		
3.1.	Paskirtis	Leidžia naudoti standartinius suaugusiųjų elektrodus pacientams iki 8 metų amžiaus arba sveriantiems mažiau nei 25 kg.
3.2.	Naudojimas	Daugkartinio naudojimo
3.3.	Suderinamumas	Specialiai sukurtas naudoti su Schiller FRED PA-1 serijos automatiniais išoriniais defibriliatoriais.

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 4.1. Jei Pirkime nereikalaujama pateikti dokumentų įrodančių Prekių atitiktį keliams reikalavimams, Pirkėjas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo metu reikalauti pateikti Prekių atitiktį įrodančius dokumentus.
- 4.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
5.1.	Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai, įrodantys atitiktį žaliams kriterijams, gamintojo ar tiekėjo techniniai dokumentai, ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad Prekės atitinka nustatytus reikalavimus (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).	Teikiami popierine ar elektronine forma, lietuvių kalba	Teikiami pristatant Prekes

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 6.1. Prekių pristatymo vieta - visa Lietuva, išskyrus Kuršių Neriją. Konkretus adresas bus nurodomas atskirai.
- 6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).
- 6.3. Užsakymai teikiami Tiekėjo El. paštu.
- 6.4. Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).
- 6.5. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis) – ne mažiau kaip 50 EUR be PVM.
- 6.6. Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.
- 6.7. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

- 7.1. Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.
- 7.2. Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

1 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai