

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Pirkėjas – UAB „LTG Kompetencijų centras“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Defibriliatorių FRED PA-1, Schiller techninės patikros paslauga.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Defibriliatorių FRED PA-1, Schiller techninės patikros paslauga (toliau – Pirkimo objektas).

2.2. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1.1. FRED PA-1, Schiller automatinių išorinių defibriliatorių (AID) techninė patikra atliekama kas 6 metus pagal gamintojo reglamentą.

3.1.2. Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.1.3. Patikros metu keičiama vidinė atsarginė baterija (kuri užtikrina laikrodžio ir atminties funkcionavimą).

3.1.4. Patikra turi būti atliekama pagal gamintojo techninės priežiūros ir periodinio tikrinimo instrukcijas bei procedūras, nustatytas kiekvienam priemonių tipui bei jų komponentui.

3.1.5. Tiekėjas turi turėti reikiamą įrangą paslaugų teikimui, būti susipažinęs su defibriliatorių gamintojų galiojančiais periodinių tikrinimų reikalavimais, išmanyti nustatytas periodinio tikrinimo procedūras, turėti ir būti susipažinęs su gamintojų išleistomis rekomendacijomis ir techninės priežiūros periodinio tikrinimo instrukcijomis.

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
4.1.	Patikros protokolas, perdavimo-priėmimo aktas	Patikros rezultatus įforminti periodinės patikros rezultatų registravimo protokole ar akte nurodant priemonės modelį, gamintoją, identifikavimo duomenis, priemonės gamybos datą, atliktos bei sekančios patikros datas, išvadas dėl priemonių tinkamumo tolimesniam naudojimui ir kt. aktualią informaciją	Teikiamas su kiekviena patikrinta priemone

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

5. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

5.1. Paslaugų teikimo vieta - Užsakovo patalpose (Pramonės g. 74, Švitrigailos g. 39 A, Vilnius, Trikampio g. 10, Lentvaris, S. Daukanto g. 63, Radviliškis).

5.2. Garantinis laikotarpis: techninės priežiūros metu pakeistoms baterijoms - ne mažiau kaip 5 metai nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Esant būtinybei keisti kitas dalis (gavus Pirkėjo sutikimą), pakeistoms dalims turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas.

5.3. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugartiniai užsakymai).

5.4. Užsakymai teikiami Tiekėjo El. paštu.

5.5. Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val.).

5.6. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

6. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.
- 6.2. Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

7. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.