

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„ELEKTROCHIRURGINIAI PRIEDAI IR PRIEMONĖS OPERACINEI“
(PIRKIMO NUMERIS 7797690)
 NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
 PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ. Tiekėjo paklausimas

SVARSTYTA. Tiekėjo paklausimas

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) 2026-05-19 gavo tiekėjo paklausimą dėl 2026-05-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Elektrochirurginiai priedai ir priemonės operacinei**“ (pirkimo numeris 7797690) techninės specifikacijos.

Tiekėjas pastebi, kad galimai įsivėlė spausdinimo klaida 3.3 punkte. 6-toje šio punkto dalyje reikalaujama 15 mm skersmens darbinės kilpinio elektrodo dalies, bet nurodomas ERBE katalogo 21191-344 kodas.

ERBE kataloge nurodytu kodu aprašytas ir pavaizduotas kilpinis elektrodas su 20 mm skersmens darbine dalimi. Prašome paaiškinti kuo vadovautis, 3.3 punkto 6 dalies reikalavimu ar ERBE katalogu..

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabą, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 3.3 punkto 6 papunkčio reikalavimus, kaip nurodyta žemiau:

3.3.	Kilpinis elektrodas (orientacinis kiekis 60 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Tiesus; 4. Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; 5. Bendras ilgis 140 mm (± 1,0 mm); 6. Darbinė dalis Ø20 mm (± 1,0 mm); 7. Kilpa iš volframo (<i>angl. tungsten</i>) (ar lygiavertės medžiagos); 8. Sterilus. <p>(kodas 21191-344 arba lygiavertis)</p>
------	---	--

Komisija sprendžia pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2026 m. birželio 1 d. 10:00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2026 m. birželio 1 d. 10:30 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. birželio 1 d. intervale 10:00-10:30 val.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2026 m. birželio 1 d. 10:00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2026 m. birželio 1 d. 10:30 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. birželio 1 d. intervale 10:00-10:30 val.

3. Apie Komisijos sprendimą ir tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis