


**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

**DĖL RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMO**

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188769113, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė, siekdama tinkamai pasiruošti numatomam Konsolių ir šviestuvų pirkimui (toliau – Pirkimas), atitinkančiam naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančiam sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p., vykdė išankstinę rinkos konsultaciją su rinkos dalyviais, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt> pirkimo ID. 476022.

Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3 d., teikiame rinkos konsultacijos metu iš rinkos dalyvio (-ų) gautą informaciją.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimas</b>	<b>Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymai / pastabos / siūlymai</b>
<b>1.</b>	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, tai kodėl?	Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra konfidencialus.
<b>2.</b>	Kokia, Jūsų nuomone, suma būtų pakankama nupirkti planuojamas prekes?	
	Lubinis apžiūros šviestuvas, 15 vnt.	Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra cialus.
	Mobili akumuliatorinė apšvietimo lempa, 1 vnt.	Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra cialus.
	Operacinis šviestuvas, 6 vnt.	
	Lubinė dviejų pečių, keturių alkūnių konsolė (anesteziologo reanimacinė palata) – 1 vnt.	32 065,00 Eur. su PVM

	Lubinė dviejų pečių, keturių alkūnių konsolė (reanimacinė palata) – 2 vnt.	
	Lubinė konsolė – 3 vnt.	
	Lubinė tilto tipo konsolė reanimacijai - 6 vnt.	145 200,00 Eur. su PVM už
	Sieninė konsolė (horizontali) – 21 vnt.	
<b>3.</b>	Ar turite pastabų, klausimų techninių specifikacijų projektams?	Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra konfidencialus.
<b>4.</b>	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į technines specifikacijas arba kurių reikėtų atsisakyti?	Pastabas pateikiame lentelėje žemiau /Pateikti kitame faile
<b>5.</b>	Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?	Mūsų nuomone, pirkimo dalyse, kuriose ketiname dalyvauti, siūlomo sprendimai neriboja kitų tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime. / Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra konfidencialus.
<b>6.</b>	Prašome nurodyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją.	
<b>7.</b>	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr">https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr</a> ), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūlomos prekės, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo	Mūsų siūlomos prekės atitinka reikalavimus pakuotei, kada visos įrangos pakuotė sudarančios medžiagos gali būti naudojamos antriniam perderbimui/ Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra konfidencialus.

	metu?	
<b>8.</b>	Ar Jūsų įmonės dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Dalyvavusio (-ių) tiekėjo (-ų) atsakymas yra konfidencialus.

Papildomai pateiktos pastabos, pasiūlymai ir komentarai:

1) *Perkančioji organizacija „Lubinis apžiūros šviestuvai (15 vnt)“ techninėje specifikacijoje nurodo:*

„5. Įjungimo išjungimo mygtukas – Būtina“

X tiekėjo komentaras:

„5. Įjungimo išjungimo mygtukas – Būtina - Punktas dubliuojasi su punktu Nr. 9“

„6. Spalvinė temperatūra - 4200K ±200K“

X tiekėjas prašo pakoreguoti TS 6 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„6. Spalvinė temperatūra - 4200K ±300K“ arba „4500K ±200K.“

„8. LED tarnavimo laikas - Ne mažiau 50 000 valandų“

X tiekėjo komentaras:

„8. LED tarnavimo laikas - Ne mažiau 50 000 valandų - Punktas dubliuojasi su punktu Nr. 14“

„9. Fokusas – keičiamas“

X tiekėjo komentaras:

„9. Fokusas – keičiamas - Prašome šalinti šį punktą, nes apžiūros šviestuvui nebūtinai reikalingas keičiamas fokusas. Svarbiau yra reguliuojamas intensyvumas “

„14. LED tarnavimo laikas - ≥50 000 valandų“

X tiekėjo komentaras:

„14. LED tarnavimo laikas - ≥50 000 valandų - Punktas dubliuojasi su punktu Nr. 8 “

„15. Šviesos lauko dydis - 160–220 mm.“

X tiekėjas prašo pakoreguoti TS 15 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„15. Šviesos lauko dydis - 160–220 mm. arba 180-300 mm.“

„18. Saugumo klasė - IP33, arba lygiavertė“

X tiekėjo komentaras:

„18. Saugumo klasė - IP33, arba lygiavertė- Šio punkto neatitiktume. Siūlome perkančiajai organizacijai šį punktą įsitraukti į naudingumo vertinimą ir skirti papildomus balus“

„19. Spinduliavimo energija - Ne daugiau 3,6 mW/m<sup>2</sup>/lx“

X prašo tiekėjas pakoreguoti TS 19 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„19. Spinduliavimo energija - :ne daugiau 3,75 mW/m<sup>2</sup>/lx“

„25. Pristatymo terminas - 1 mėn.“

X tiekėjo komentaras:

„25. Pristatymo terminas - 1 mėn. - Prašome pristatymo terminą pratęsti iki 3 mėn., nes gamyba trunka iki 2 mėn.“

2) *Perkančioji organizacija „**Mobili akumuliatorinė apšvietimo lempa (1 vnt.)**“ techninėje specifikacijoje nurodo:*

„Aprašymas - Lempa vieno modulio („galvos“) su įmontuotais šviesos diodais LED arba lygiaverčiais. Tvirtinamas ant mobilaus stovo su ratukais. Ant mobilaus stovo tvirtinamas akumuliatorius nenutrūkstamam energijos tiekimui ir valdymas“

X tiekėjo komentaras:

„Aprašymas - Valdymas būna „sumontuotas galvoje, kupole“, ne ant stovo. Akumuliatorius, kaip taisyklė, būna ne ant stovo, o integruotas šviestuvo pagrinde (bazėje)“

„5. Apšvietimas -  $\geq 80\ 000$  liuksų“

X prašo pakoreguoti TS 5 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„5. Apšvietimas -  $\geq 80\ 000$  liuksų“

„6. Spalvos temperatūra -  $4500 \pm 100K$ “

X prašo pakoreguoti TS 6 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„6. Spalvos temperatūra -  $4500 \pm 100K$  arba  $4350 \pm 15\%$ “

Y tiekėjo komentaras:

„6. Spalvos temperatūra -  $4500 \pm 100K$  - Prašome padidinti paklaidą  $\pm 150K$ “

„8. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) -  $15 \pm 5$  cm“

X prašo pakoreguoti TS 8 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„8. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) - 20-30 cm.“

Y tiekėjo komentaras:

„8. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) -  $15 \pm 5$  cm - Prašome padidinti paklaidą  $\pm 7$  cm.“

„14. CE ženklavimas - Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių“

X tiekėjas prašo pakoreguoti TS 14 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:  
 „14. CE ženklavimas - Class I medical devices. Atitikimas standartams: EN60601-1, EN60601-2-41, EN60601-1-2, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001“

„16. Pristatymo terminas - 1 mėn.“

X tiekėjo komentaras:

„16. Pristatymo terminas - 1 mėn. - Prašome pristatymo terminą pratęsti iki 3 mėn., nes gamyba trunka iki 2 mėn.“

3) *Perkančioji organizacija „Operacinis šviestuvus (6 vnt.) techninėje specifikacijoje nurodo:*

„9. Spalvinė temperatūra - Reguluojama pakopomis diapazone ne mažesniame 4000-4800K“

X tiekėjas prašo pakoreguoti TS 9 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„9. Spalvinė temperatūra - Reguluojama pakopomis diapazone ne mažesniame 4000-4800K arba 3600-5100K diapazone“

„13. Šešėlių silpninimas, esant vienai kliūčiai -  $\geq 70\%$ “

X tiekėjas prašo pakoreguoti TS 13 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„13. Šešėlių silpninimas, esant vienai kliūčiai - Šešėlių silpninimas, esant vienai kliūčiai:  $\geq 68\%$ “

„14. Šviesos lauko dydis - 200–350 mm“

X tiekėjo komentaras:

„14. Šviesos lauko dydis - 200–350 mm - Prašome viršutinę ribą sumažinti iki 320 mm, t.y. šviesos lauko dydis 200–320 mm“

„24. Pristatymo terminas - 1 mėn.“

X tiekėjo komentaras:

„24. Pristatymo terminas - 1 mėn. - Prašome pristatymo terminą pratęsti iki 3 mėn., nes gamyba trunka iki 2 mėn.“

Tiekėjo X komentarai dėl **“Lubinė dviejų pečių, keturių alkūnių konsolė (anesteziologo reanimacinė palata) (1 vnt.)”** techninės specifikacijos punktų:

*1 punktas. Konsolės padėtis. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.“

*6 punktas. Konsolės stabdžių sistema. Komentaras:* „Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.“

*8 punktas. Konsolės tvirtinimas prie stovo. Komentaras:* „Prievadai bei ventiliai nėra įrangos dalis, juos įprastai įrengia kompanijos, kurios atveda visas komunikacijas į patalpas, kuriose numatoma instaliuoti konsoles. Prašome naikinti šį reikalavimą.“

*10 punktas. Konsolės spalva. Komentaras:* „Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: Konsolės stovo, alkūnių ir

prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui“.

*11 punktas. Prietaisų kolona, anesteziologinė pusė (dešinė žiūrint iš priekio). Komentaras:* „Siūlytume šį punktą aprašyti taip: Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio, šešiakampės (hexagon) formos, kuri leidžia vienu metu iš priekio matyti  $\geq 3$  paneles, kuriose įmontuoti medicininių dujų lizdai, instaliuotos elektros rozetės ir informacinių sistemų jungtys. Kolonos ilgis  $1000\pm 200\text{mm}$ “

*23 punktas. Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.“

*24 punktas. Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių. Komentaras:* „Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių“.

*25 punktas. Priedai. Komentaras:* „ <...>Prašome koreguoti: Kateterio krepšelis  $200\pm 100\text{mm} \times 200\pm 100\text{mm} \times 400\text{mm} \pm 100\text{mm}$  1 vnt. tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių ar lentynos bėgelių.“

*26 punktas. Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio). Komentaras:* „Siūlytume šį punktą aprašyti taip: Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio, šešiakampės (hexagon) formos, kuri leidžia vienu metu iš priekio matyti  $\geq 3$  paneles, kuriose įmontuoti medicininių dujų lizdai, instaliuotos elektros rozetės ir informacinių sistemų jungtys. Kolonos ilgis  $1000-1200\text{mm}$ “.

*28 punktas. Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 ( $4,5\pm 0,5$  bar).*

**Komentaras:** „Prašome koreguoti: Medicininio suspausto oro tiekimas MA4“.

*36 punktas. Lentyna. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama lentyna ne mažesnė kaip  $520 \times 480$  su  $25 \times 10$  mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje. Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį  $\geq 1000\text{mm}$ . Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.“

*37 punktas. Infuzinių pompų stovas. Komentaras:* „Dubliuoja 35 punkto reikalavimą, ar bus perkamas tik vienas infuzinių pompų stovas?“

*38 punktas. Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (po 2 vnt.). Komentaras:* „Deguonies srauto matuoklis ir drėkintuvas nėra konsolės dalis. Įprastai tokia įranga perkama atskiru pirkimu. Prašome pašalinti šį reikalavimą“.

*39 punktas. Komplektuojama su vakuomo reguliatoriumi ir talpa. Komentaras:* „Vakuomo reguliatorius nėra konsolės dalis. Įprastai tokia įranga perkama atskiru pirkimu. Prašome pašalinti šį reikalavimą“.

Tiekėjo X komentarai dėl „**Lubinė dviejų pečių, keturių alkūnių konsolė (reanimacinė palata) (2 vnt.)**“ techninės specifikacijos punktų:

*1 punktas. Konsolės sudėtis. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.“

6 punktas. *Konsolės stabdžių sistema.* **Komentaras:** „Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.“

8 punktas. *Konsolės tvirtinimas prie stovo.* **Komentaras:** „Prievadai bei ventiliai nėra įrangos dalis, juos įprastai įrengia kompanijos, kurios atveda visas komunikacijas į patalpas, kuriose numatoma instaliuoti konsoles. Prašome naikinti šį reikalavimą.“

10 punktas. *Konsolės spalva.* **Komentaras:** „Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui.“

11 punktas. *Prietaisų kolona (dešinė žiūrint iš priekio).* **Komentaras:** „Siūlytume šį punktą aprašyti taip: Konsolės prietaisų kolona šešiakampės (hexagon) formos, kuri leidžia vienu metu iš priekio matyti  $\geq 3$  paneles, kuriose įmontuoti medicininių dujų lizdai, instaliuotos elektros rozetės ir informacinių sistemų jungtys. Kolonos ilgis 1000-1200mm“.

13 punktas. *Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 ( $4,5 \pm 0,5$  bar).* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Medicininio suspausto oro tiekimas MA4“.

22 punktas. *Lentyna.* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje. Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį  $\geq 1000$ mm. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.“

24 punktas. *Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių.* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių ar bėgelių. Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių.“

26 punktas. *Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio).* **Komentaras:** „Siūlytume šį punktą aprašyti taip: Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio, šešiakampės (hexagon) formos, kuri leidžia vienu metu iš priekio matyti  $\geq 3$  paneles, kuriose įmontuoti medicininių dujų lizdai, instaliuotos elektros rozetės ir informacinių sistemų jungtys. Kolonos ilgis 1000-1200mm.“

27 punktas. *Deguonies tiekimas 02 ( $4,5 \pm 0,5$  bar).* **Komentaras:** „Prašome patvirtinti, kad DIN EN ISO 7396-1/2 būtų laikomas lygiaverčiu standartu“.

28 punktas. *Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 ( $4,5 \pm 0,5$  bar).* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Medicininio suspausto oro tiekimas MA4“

35 punktas. *Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių.* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių. Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių arba prie lentynų šoninių bėgelių.“

36 punktas. *Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (po 2 vnt.).* **Komentaras:** „Deguonies srauto matuoklis ir drėkintuvas nėra konsolės dalis. Įprastai tokia įranga perkama atskiru pirkimu. Prašome pašalinti šį reikalavimą“

37 punktas. Komplektuojama su vakuomo reguliatoriumi ir talpa.  
**Komentaras:** „Vakuomo reguliatorius nėra konsolės dalis. Įprastai tokia įranga perkama atskiru pirkimu. Prašome pašalinti šį reikalavimą“.

Tiekėjo X komentarai dėl „**Lubinė konsolė (3 vnt.)**“ techninės specifikacijos punktų:

1 punktas. *Lubinės konsolės bloko aprašymas.* **Komentaras:** „Reikalavimuose aprašyta tiltinė konsolė yra be vertikalių kolonos bėgelių. Visos jungtys montuojamos balkyje, kuris bus mažiausiai 2 m aukštyje. Tai nėra ergonomiškas sprendimas ir sukels problemų mažesnio ūgio personalui. Perkančiajai organizacijai siūlome nusirodyti reikalavimus kaip ir toje pačioje rinkos konsultacijoje paskelbto „LUBINĖS TILTO TIPO KONSOLĖS REANIMACIJAI“ įtraukiant šviestuvo reikalavimus.“

3 punktas. *Lubinėje konsolėje sumontuota.* **Komentaras:** „Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvai („į viršų“) - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K, gyvavimo laikas 30000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje“;

Tiekėjo X komentarai dėl „**Lubinė tilto tipo konsolė reanimacijai (6 vnt.)**“ techninės specifikacijos punktų:

2 punktas. *Konsolės konstrukcijos tipas.* **Komentaras:** „Visos išvardintos jungtys montuojamos vertikaliuose konsolėse. Taip užtikrinamas lengvas priėjimas prie jungčių bei ergonomika. Prašome koreguoti sekančiai: 1. Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kurio apatinėje dalyje sumontuoti du įrangos vežimėliai su kolonomis, kuriose įrengti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo pajungimo prievadai. 2. Horizontaliame balkyje sumontuotas apšvietimas.“

5 punktas. *Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovų pusių, sumontuoti po balkiu.* **Komentaras:** „Nėra prasmės turėti atskirų tipų vežimėlius (koloną ar vertikalią stovą) jeigu vieno tipo vežimėliai, pavyzdžiui vertikalių kolonų gali užtikrinti tokį pat ar geresnį funkcionalumą. Prašome koreguoti atitinkamai: Vienas įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu, kitas įrangos vežimėlis su horizontalia kolona arba du įrangos vežimėliai su vertikaliomis kolonomis laisvai slankiojantys balkiu  $\geq 500$  mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris  $\geq 120$  kg.“

8 punktas. *Įrangos montavimo kolona.* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: 1.  $\geq 1000$  mm ilgio vertikali kolona. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį, įrengti laikikliai/bėgeliai periferinės įrangos tvirtinimui. 2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys  $\geq 330^\circ$ . 3. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai, kurie gali būti montuojami ne mažiau kaip 4-iose kolonos vertikaliuose skydeliuose. 4. Kolonoje sumontuoti apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrenginiai 5. Galimybė įrengti  $\geq 20$  įvadų.“

9 punktas. *Reikalavimai dujų tiekimui.* **Komentaras:** „Prašome koreguoti: Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO

standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje.“

*17 punktas. Prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinamos lentynos.*

**Komentaras:** „Prašome koreguoti: 2. Lentyna medicininei įrangai su dvejamis stalčiais - 1 vnt. c) Lentynos išlaikomas svoris  $\geq 30$  kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 400-450 mm; gylis 320-480 mm.“

*18 punktas. Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas.*

**Komentaras:** „Toks reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas - Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba.“

*19 punktas. Prie konsolės kolonos vertikalųjų bėgelių tvirtinamas vertikalus įrangos tvirtinimo stovas. Komentaras:* „Prašome šalinti šiuos reikalavimus: “1. Stovo ilgis 50 cm  $\pm$  5 cm, stovo diametras 38  $\pm$  2 mm “ “2.3 Po sąnariu su VESA standarto plokšte pritvirtintas 300 mm  $\pm$  50 mm ilgio, 25 mm  $\pm$  5 mm storio, vertikalus, vamzdžio tipo stovas papildomos įrangos montavimui. “ Prašome koreguoti: 2.2 Alkūnės išlaikomas svoris  $\geq 13$  kg.“.

*20 punktas. Vakuuminio atsiurbimo sistema. Komentaras:* „Prašome šalinti.“

*21 punktas. Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu 1 vnt. Komentaras:* „Prašome šalinti“.

*24 punktas. Prie standartinio medicininio bėgelio tvirtinamas procedūrinis šviestuvas. Komentaras:* „Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti: 1. Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant viengubos, laisvai pozicionuojamos arba dvigubos alkūnės, kurios bendras ilgis  $\geq 800$  mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio. 2. Šviesos šaltiniai - LED diodai. 3. Reguluojamas apšvietimo intensyvumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 klx iki 30 klx.“

*25 punktas. Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu žiūrint iš priekio kairėje lovos pusėje. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba kolona žiūrint iš priekio kairėje lovos pusėje 4. Stovo arba kolonos ilgis  $\geq 1000$  mm.; 5. Prie stovo pritvirtintas standartinis medicininis bėgelis, kurio ilgis 400 mm  $\pm$  50 mm arba kolonoje įrengtas bėgelis, kurio ilgis 1000 mm  $\pm$  50, 6. Kateterių krepšelis, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių ar lentynos bėgelių, stovo matmenys: 200 $\pm$ 100mm x 200 $\pm$ 100mm x 400mm  $\pm$ 100mm – 1 vnt.“

*27 punktas. Stovo diametras. Komentaras:* „Prašome šalinti šį reikalavimą“.

*28. Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu teikiami priedai.*

**Komentaras:** „Prašome koreguoti: Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona teikiami priedai. Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokią svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.c) bei 2.c) reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametras. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg“ būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus“.

*29 punktas. Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Medicininių dujų ir

elektros įvadai 1. Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu. **arba** 2. Vertikalioje kolonoje."

*30 punktas. Reikalavimai dujų tiekimui. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje.“

*38 punktas. Priedai. Komentaras:* „Prašome koreguoti: Kateterių krepšelis, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių ar lentynos bėgelių, stovo matmenys: 200±100mm x 200±100mm x 400mm ±100mm – 1 vnt.“

*41 punktas. Sistemos balkis ir kolona dažyti. Komentaras:* „Prašome šalinti šį reikalavimą“.

*42 punktas. Balkio apvadų spalva. Komentaras:* „Prašome šalinti šį reikalavimą“.

Informacija skelbiama iki Pirkimo pradžios.

Informuojame, kad įvertinus rinkos dalyvio (-ų) pastabas ir pasiūlymus rinkos konsultacijos metu skelbtai techninei specifikacijai, sutarties projektui ir kitiems dokumentams, į konstruktyvius pasiūlymus bei pastabas bus atsižvelgta koreguojant Pirkimo dokumentus.

Pirkimas netrukus bus skelbiamas CVP IS.

Dėkojame rinkos dalyviui (-iams) už dalyvavimą rinkos konsultacijoje.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl rinkos konsultacijos apibendrinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-16 Nr. SA-561 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Įmonės, įstaigos, organizacijos
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-01-16 15:43
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250106.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-16)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-01-16 nuorašą suformavo Karolina Gumuliauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-