

Tiekėjams
CVPIS priemonėmis

2025-01-16 Nr. S(E)-

DĖL „FIZIOTERAPIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS“ (PIRKIMO ID 636650)

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), vykdanči atvirą (tarptautinį) pirkimą ID 636650 „Fizioterapijos priemonių pirkimas“ (toliau - Pirkimas), 2025-01-10 CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo ID 25363) gavo Tiekėjo Pretenziją.

Informuojame, kad įvertinus Pretenzijoje pateiktą informaciją priimtas sprendimas ją tenkinti ir vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4. punktu, koreguoti Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 pirkimo objekto dalies 2 lentelės 6 punktą ir 9 objekto dalies 9 lentelės 2.4. punktą:

1) Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 pirkimo objekto dalies 2 lentelės 6 punktą:

Buvo:

6.	Impulso dažnis	15 Hz, 45 Hz, 100 Hz	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
----	----------------	----------------------	----------------	----------------	----------------

Keičiama į:

6.	Impulso dažnis	15 Hz ±10 %, 45 Hz ±10 %, 100 Hz ±10 %	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
----	----------------	--	----------------	----------------	----------------

2) Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 objekto dalies 9 lentelės 2.4. punktą:

Buvo:

2.4.	Impulso dažnis	15 Hz, 45 Hz, 100 Hz	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
------	----------------	----------------------	----------------	----------------	----------------

Keičiama į:

2.4.	Impulso dažnis	15 Hz ±10 %, 45 Hz ±10 %, 100 Hz ±10 %	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

Atnaujinta Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ versija paskelbta CVP IS „Pirkimo dokumentai“ skiltyje.

Informuojame, kad pratęsimas pasiūlymų pateikimo terminas, nustatant naują pasiūlymų pateikimo terminą 2025 m. vasario 17 d. 9:00 val.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto poliklinika VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pretenzijos, dokumentų tikslinimo - Tiekėjams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-16 Nr. S (E)-968
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 16:02
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-16 16:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-16 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-