



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. Įmonės vadove,

2025-05-27 Nr. VPT-(1.71E)-1697

**DĖL PRETENZIJOS**

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis 2026-05-19 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Reagentai molekuliniam patologijos tyrimams su įrangos įsigijimu panaudos būdu**“ (pirkimo numeris 7930870) viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: 1.Komisijos protokolo išrašas – 2 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

M. Vaitkevičiūtė, tel. (8 37) 79 7360, el. p. [monika.vaitkeviciute@kaunoklinikos.lt](mailto:monika.vaitkeviciute@kaunoklinikos.lt)



Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 6768, (8 37) 70 3370  
el. p. [rastine@kaunoklinikos.lt](mailto:rastine@kaunoklinikos.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

**IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)  
„REAGENTAI MOLEKULINIAMS PATOLOGIJOS TYRIMAMS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU  
PANAUDOS BŪDU“  
(PIRKIMO NR. 7930870)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateiktos pretenzijos

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikta pretenzija

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo tiekėjo 2026-05-26 pateiktą pretenziją dėl 2026-05-19 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Reagentai molekuliniam patologijos tyrimams su įrangos įsigijimu panaudos būdu**“ (pirkimo Nr. 7930870) reikalavimų.

***Dėl kvalifikacijos reikalavimo.***

Pirkimo sąlygose reikalaujama, kad „<...> Tiekėjas privalo turėti serviso inžinierius (bent vieną) turinčius teisę atlikti remonto bei techninės priežiūros darbus **siūlomai įrangai** (arba turėti susitarimą su tokiu serviso inžinieriumi arįmone) <...>.

Tiekėjas pretenzijoje pateikė prašymą, naikinti kvalifikacinį reikalavimą arba pakeisti jį taip, kad visi tiekėjai turėtų galimybę konkuruoti dėl sutarties sudarymo.

Komisija, išnagrinėjusi pretenzijoje pateiktą pastebėjimą, atsako, kad kaip ir nurodyta pirkimo Bendrųjų reikalavimų 3.9. skyriuje Tiekėjas privalo **siūlomai įrangai** turėti serviso inžinierius, tačiau ši sąlyga yra taikomas tik tada, kai Tiekėjas **siūlo savo įrangą panaudos būdu**, o ne kai reagentai ir papildomos priemonės skirtos darbui su Perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigyta įranga. Už nuosavybės teise įsigytos įrangos „RotorGene Q5 PLEX“ analizatoriaus techninę priežiūrą yra atsakinga Perkančioji organizacija.

***Dėl 6 pirkimo dalies 5 reikalavimo: Taikymo sritis: formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai, kraujo plazma.***

Tiekėjas pretenzijoje teigia, jog tokia reikalavimo formuluotė yra neaiški ir lengvai interpretuojama, t. y. ar turima omenyje, kad rinkinys tinkamas naudoti FFPE ir kraujo plazmos mėginams, ar gali rinkinys būti tinkamas tik FFPE arba tik kraujo plazmos mėginams.

Komisija pažymi, kad formuluotė „*Taikymo sritis: formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai, kraujo plazma*“ reiškia, kad siūlomas reagentų rinkinys turi būti tinkamas darbui ir su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais, ir su kraujo plazma, kadangi yra išskirta kableliu, o kablelis techninėje specifikacijoje yra naudojamas reikalavimų sąrašui sudaryti.

Perkančioji organizacija didžiąją dalį tyrimų atlieka iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių, bet būna atvejų, kai iš šios tiriamosios medžiagos tyrimo atlikti nėra galimybės, tokiais atvejais tyrimas atliekamas iš kraujo plazmos, todėl būtina turėti reagentus rinkinius, tinkamus darbui tiek su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais, tiek su kraujo plazma.

Komisija sprendžia, netenkinti tiekėjo pateiktos pretenzijos dėl pirkimo sąlygų šalinimo/ tikslinimo ir palikti galioti nepakeistas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo)

**„Reagentai molekuliniam patologijos tyrimams su įrangos įsigijimu panaudos būdu“**  
(pirkimo Nr. 7930870) pirkimo sąlygas.

Komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sprendžia pratęsti šio pirkimo pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. birželio 4 d. 11:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2026 m. birželio 4 d. 11:30 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. birželio 4 d. intervale nuo 11:00 val. iki 11:30 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Atmesti tiekėjo pretenziją kaip nepagrįstą;
2. Pratęsti šio pirkimo pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą;
3. Raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams apie komisijos priimtą sprendimą.