

RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ SUVESTINĖ DĖL ENDOSKOPŲ PLOVIMO-DEZINFEKCIJOS MAŠINOS VIEŠOJO PIRKIMO

VšĮ CPO LT (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. ir siekdama gauti rinkos dalyvių nuomonę dėl Endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašinos viešojo pirkimo, išsiaiškinti įvairius su Pirkimo objektu susijusius klausimus bei informuoti rinkos dalyvius apie ketinimą vykdyti Pirkimą, vykdė rinkos dalyvių konsultaciją (CVP IS ID 524594).

Teikiame apibendrintą informaciją apie šios rinkos konsultacijos rezultatus.

Pastaba/siūlymas Nr. 1:

Techninės specifikacijos 1.1.5 p. „*Lanksčių endoskopų plovimo bei dezinfekcijos mašinos jungtys-Suderinama su lignonine prieš užsakant*“ reikalinga informacija apie lignoninės turimus endoskopų modelis. Ši informacija svarbi tinkamam pasiūlymo parengimui.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į pastabą atsižvelgiama. Techninės specifikacijos 1.1.5 p. tikslinamas taip „*Lanksčių endoskopų plovimo bei dezinfekcijos mašinos jungtys (Fujifilm- EG-720R, EC-720R/L; Pentax-EC-3890LK/FK/FK2/MK2; Olympus- GIF-Q165)*“.

Pastaba/siūlymas Nr. 2:

Nereikalinga Techninės specifikacijos 1.1.6 p. nurodytas reikalavimas „*Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui*“, kadangi mašina jungiama prie nuotekų kanalizacijos. Siūlymas pakeisti į kitą reikalavimą „*Endoskopų džiovinimo programa*“, kadangi endoskopai po plovimo ir dezinfekcijos turi būti naudojami tik sausi.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į pastabą neatsižvelgiama, kadangi lignoninės veikloje yra poreikis transportuoti įrangą iš vienos patalpos į kitą. Endoskopų plovimo mašina bus naudojama dvejuose kabinetuose, kurie yra nutolę vienas nuo kito apie 70-80 m.

Pastaba/siūlymas Nr. 3:

Techninės specifikacijos 1.1.8 p. nurodytą reikalavimą „*Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę (Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalų)*“ pakeisti į „*<...> (Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 7 kanalų)*“.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į siūlymą neatsižvelgiama. Techninės specifikacijos 1.1.8 p. nurodytas parametras neriboja tiekėjų galimybės siūlyti įrangos su 7 kanalų monitoriavimu.

Pastaba/siūlymas Nr. 4:

Techninės specifikacijos 1.1.9 p. nurodytą reikalavimą „*Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 40 min*“ pakeisti į „*Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 20 min*“. Standartinės plovimo-dezinfekcijos trukmė ne daugiau 20 minučių.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į siūlymą neatsižvelgiama. Techninės specifikacijos 1.1.9 p. nurodytas parametras neriboja tiekėjų galimybės siūlyti įrangos su trumpesne plovimo-dezinfekcijos ciklo trukme.

Pastaba/siūlymas Nr. 5:

Techninės specifikacijos 1.1.11 p. nurodytą reikalavimą „*Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti vienkartinės (angl. single-shot) arba daugkartinės dezinfekcijos priemonės*“ pakeisti į „*Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti daugkartinės dezinfekcijos priemonės*“, nes endoskopų mašinos naudoja chemija iš 5 litrų talpų pagal reikalingos plovimo programos poreikį.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į siūlymą neatsižvelgiama. Techninės specifikacijos 1.1.11 p. nurodytas parametras reiškia, kad tiekėjai gali siūlyti įranga naudojančia tiek vienkartinės, tiek ir daugkartinės dezinfekcijos priemonės, todėl šis reikalavimas neriboja tiekėjų konkurencijos.

Pastaba/siūlymas Nr. 6:

Techninės specifikacijos 1.1.13 p. nurodytą reikalavimą „*Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą ≤ 500 ml (taikoma tik naudojant vienkartinę chemiją); Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ≤ 50 ml*“ pakeisti į „*Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ≤ 50 ml*“.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į siūlymą neatsižvelgiama. Reikalavimas „*Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą ≤ 500 ml (taikoma tik naudojant vienkartinę chemiją)*“ nustatytas siekiant mažinti eksploataavimo sąnaudas ir yra aktualus, jeigu siūloma įranga naudoja vienkartinės dezinfekcijos priemonės.

Pastaba/siūlymas Nr. 7:

Siūlymas pašalinti techninės specifikacijos 1.1.14 p. nurodytą reikalavimą „*Valdymo kalba – lietuvių kalba*“. Šis reikalavimas riboja konkurencija ir nepadidina įrangos kokybės, jo panaikinimas suteiks galimybę tiekėjams pateikti ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus.

Perkančiosios organizacijos paaiškinimas:

Į siūlymą neatsižvelgiama. Reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti tinkamą įrangos naudojimą ir ligoninės teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į su įranga dirbsiančio personalo (slaugytojų, padėjėjų) kvalifikaciją.
