

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS“ (PIRKIMO NR. 607586)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjo paklausimą dėl 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Kompiuterinis tomografas**“ (pirkimo Nr. **607586**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Prašome patikslinti techninės specifikacijos punkto Eil. Nr. 8 reikalavimą, kuris skelbia: *„Radiologo darbo stotys vaizdų peržiūrai ir analizei“ ir 8.4 punkto „Tyrimų programinė įranga“*. Ar šiuose reikalavimų punktuose minimas serveris su 2-3 licencijomis skaičiuojamas kaip atskiras serveris kiekvienai iš 2 perkamų KT sistemų? Ar perkančioji organizacija tenkintų vienas bendras serveris abejoms KT sistemoms kartu su atitinkamai 2x didesniu, tai yra 4-6 licencijų skaičiumi.

Du atskiri serveriai turėtų trūkumą, nes būtų reikalingas dvigubas darbas juos administruojant, taip pat būtų sudėtingesnis konkurencinių licencijų administravimas 2-3 licencijų apimtimi kiekvienam serveriui, kiltų klausimų prie kurio iš dviejų serverių ir iš tam tikros radiologo darbo stoties norima jungtis.

Tuo tarpu vienas bendras serveris abejoms KT sistemoms su bendru 4-6 licencijų skaičiumi būtų lengviau prižiūrimas ir administruojamas, būtų lengviau administruoti prisijungimą iš perkamų radiologijos darbo stočių prie šio serverio.”

Komisija, apsvaustė tiekėjo paklausimą, paaiškina, kad perkami kompiuterinės tomografijos įrenginiai bus eksploatuojami vienas nuo kito nutolusiuose Perkančiosios organizacijos filialuose. Siekiant užtikrinti pastovų kompiuterinių tomografų darbą filialuose (nepriklausomai nuo sąlygų kitame filiale) būtina šalia kiekvieno iš perkamų kompiuterinių tomografų įrengti po atskirą serverinę darbo stotį su įranga trims darbo vietoms arba po tris darbo stotis (priklausomai nuo to, kuris iš techninės specifikacijos 8 punkte aprašytų sprendinių bus pasiūlytas konkurso metu). Siūlymas pateikti vieną bendrą serverį abejoms kompiuterinės tomografijos sistemoms yra nepriimtinas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.