

Chirurginiai siūlai

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos. Siūlo storis - 6, siūlo ilgis - 75 ± 1 cm, siūlo splava - violetinė. Siūlo stiprumo išlaikymas - 75% po 14 dienų, 50% po 21 dienos, 25% po 28 dienų. Adatos ilgis 48 ± 1 mm, adatos lenktumas - $1/2$, adata - apvali, pjaunančiu galu. Adata turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ant sterilios pakuotės.	vnt	720
2	Besirezorbuojantis, sterilus, pagamintas iš glikolio rūgšties ir trimetileno karbonato kopolimero arba lygiavertės medžiagos, mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlo dydis - 3-0, adatos ilgis 26 ± 1 , adatų skaičius - 1, lenktumas - $1/2$ apskritimo, siūlos ilgis 30 ± 1 cm, viename gale - chirurginė adata, o kitame - kilpa. Siūlo stiprumo išlaikymas - 80% po 7 dienų, 75% po 14 dienų, 65% po 21 dienos.	vnt.	400

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.