

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„**LABORATORINĖ VANDENS GRYNINIMO SISTEMA**“
(**PIRKIMO NUMERIS 8378392**)
NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ. Tiekėjo paklausimas

SVARSTYTA. Tiekėjo paklausimas

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) 2026-06-25 gavo tiekėjo paklausimą dėl 2026-06-19 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Laboratorinė vandens gryninimo sistema**“ (pirkimo numeris 8378392) techninės specifikacijos.

*Tiekėjas teiraujasi dėl techninės specifikacijos (eil. Nr. 7), kurioje nurodyta 2. TOC ≤ 5 ppb.
Klausimas: Ar sistemoje turėtų būti įmontuotas TOC matuoklis, arba pakanka, kad gamintojas patvirtintų atitiktį šiam parametru?*

Komisija į tiekėjo paklausimą atsako, kad vandens gryninimo sistemoje turi būti įmontuotas TOC matuoklis.

Komisija sprendžia pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2026 m. liepos 1 d. 10:00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais vyks 2026 m. liepos 1 d. 10:30 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. liepos 1 d. intervale 10:00-10:30 val.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Supažindinti tiekėjus su Komisijos pateikta informacija Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

2. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2026 m. liepos 1 d. 10:00 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais vyks 2026 m. liepos 1 d. 10:30 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. liepos 1 d. intervale 10:00-10:30 val.

3. Apie Komisijos sprendimą ir tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis