

IŠRAŠAS VIEŠOJO PIRKIMO
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ (LPL) NUSTATYMIUI SU
ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU”

(Nr. 675269)

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-01-06 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių lytiškai plintančių ligų (LPL) nustatymui su įrangos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 675269).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Techninės specifikacijos 1.2 Sistemos komplektacija, nurodytas poreikis kartu su diagnostine įranga įsigyti lazerinį spausdintuvą. Prašau patikslinti ar su spausdintuvu pasiūlyti spausdinimo popieriaus, kasečių ir koks jų kiekis būtų aktualus.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad techninės specifikacijos 1.2 punkte Sistemos komplektacija, nėra reikalavimo, kad su lazeriniu spausdintuvu reikia pateikti spausdinimo popierius, kasetės, todėl jų siūlyti nereikia.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Techninės specifikacijos 1.7 Įrangos techninis aptarnavimas.

Nesant galimybės pašalinti gedimo per 5 darbo dienas, tiekėjas privalo sugedusių (netinkamai veikiančių įrangą) laikinai pakeisti lygiaverte. Siūlome pailginti sugedusios įrangos keitimo laikotarpį ir pakeisti įrangą lygiaverte per 10 darbo dienų.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Perkančioji organizacija (toliau – PO) teikia tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas tyrimų atlikimas ir rezultatų teikimas turi būti vykdomas laiku, pagal patvirtintą PO laboratorinės diagnostikos paslaugos teikimo tvarką. Nuomojamos sistemos gedimo atveju jos keitimas kita sistema per 10 darbo dienų sutrikdytų laboratorijų darbą, nebūtų užtikrintas savalaikis tyrimų rezultatų pateikimas užsakovui, todėl šis techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Techninės specifikacijos 1.12 3. Punktas

Prašau patikslinti kaip dažnai ketinama atlikti kokybės kontrolę.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad tyrimų atlikimui kontrolės bus naudojamos pagal siūlomo gamintojo reagentų naudojimo aprašą, taip pat pagal siūlomos įrangos našumą (t. y. kiek tyrimų galima atlikti vienu metu).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Pirkime „REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ (LPL) NUSTATYMU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“ techninės specifikacijos 1.12. punkte nurodyti infekcijos sukėlėjai *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum* ir *Ureaplasma parvum* yra ne LPL. Prašome pašalinti šiuos sukėlėjus iš specifikacijos..“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Mycoplasma hominis* sukėlėjai pagal LOINC – tarptautinę laboratorinių tyrimų nomenklatūrą, kuria vadovaujantis identifikuojami klinikiniai tyrimai ir keičiamasi standartizuotais klinikinių tyrimų duomenimis (angl. Logical Observation Identifiers Names and Codes) priskirti lytiniu keliu plintančių patogenų paneliui:

LOINC	Name
91134-7	Sexually transmitted pathogens panel - Specimen by NAA with probe detection
Indent 24111-7	Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 21613-5	Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 69937-1	Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 41163-7	Treponema pallidum DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 16130-7	Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 16131-5	Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 68546-1	Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 29559-2	Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 51988-4	Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 69934-8	Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection
Indent 69935-5	Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection

Atsižvelgiant į PO, kaip tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos poreikius, siekiant užtikrinti reikiamą užsakovams ir pacientams diagnostikos paslaugą, techninė specifikacija keičiama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Specifikacija paruošta tik vienam gamintojui. Specifikacija nėra korektiška. Taip pat mūsų siūlymas yra įtraukti punktą: Įranga turi būti nauja (nenaudota).“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad PO, atlikusi rinkos tyrimą, nustatė, jog rinkoje yra ne mažiau kaip trys gamintojai, kurie atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, todėl techninės specifikacijos reikalavimai nėra pritaikyti konkrečiam tiekėjui ir nėra ribojama tiekėjų konkurencija.

Atkreipiame dėmesį, kad PO techninės specifikacijos 1p. jau yra reikalavimas Sistemai arba Analizatoriui: „Nauja (nenaudota) (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).“

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Rekomenduojame papildyti techninius reikalavimus sistemai:

1. Sistema leidžia vienu metu atlikti skirtingų temperatūrinių profilių tyrimus.
 2. Pilnai automatinė sistema, kuri nereikalauja tarpinio operatoriaus įsikišimo.
- Rekomenduojame papildyti reikalavimus reagentams ir pagalbinėms priemonėms:
1. Kontroliniai matavimai atliekami ne dažniau nei kas 15 dienų.

2. Galimybė reakcijos mišinį užšaldyti ne mažiau kaip 7 kartus.“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad tiekėjo pateikti pasiūlymai yra pertekliniai, jie ribotą konkurenciją tarp tiekėjų, todėl techninės specifikacijos reikalavimai nebus keičiami.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.