

VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA
 Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas
 Telefonas (8-37) 40 39 99
 Faksas (8 37) 45 15 75
 info@kaunopoliklinika.lt
 www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394
 PVM mokėtojo kodas LT 350423917
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 A.S. LT047044060002942424
 Direktorius Paulius Kibiša



Tiekėjams
 CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešųjų pirkimų komisija, atviro konkurso būdu (supaprastintas pirkimas) vykdanči viešąjį pirkimą „Odontologijos darbo vietų pirkimas“ (pirkimo CVP IS ID 650039, toliau - Pirkimas), CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo prašymą paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

Komisija teikia atsakymą į pateiktą pranešimą, cituojama:

„VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija) numato vykdyti odontologijos darbo vietų į pirkimą (Odontologo darbo vieta Šilainių padaliniui, 1 vnt. ir Odontologo darbo vieta Šančių padaliniui, 1 vnt.). Skelbimas apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) buvo paskelbtas 2024 m. gruodžio 31 d. Pirkimo ID 650039. Tiekėjas, detaliam susipažinimui su technine specifikacija ir nustatytais Kokybės kriterijais, dalyvauja pirkime ir prašo pateikti paaiškinimus dėl pirkimų sąlygų. 1. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 1 punkto reikalavimą, Paciento krėslas montuojamas atskirai nuo pagrindinio bloko, kurio montavimo išilginė ašis gali būti pasukta ne mažiau, kaip 15° kampu. Nėra aiški fizinė prasmė pasukimo kampo, nenurodant šio kriterijaus tikslo. 2. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 3 punkto reikalavimą Membraninė valdymo konsolė sumontuota šone ar tarpe tarp instrumentų, taip, kad instrumentai neužstotų pasiekti mygtukų. Prašome paaiškinti ką vadiname „užstotais mygtukais“. 3. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 4 punkto reikalavimą „Lazerio“ režimo įjungimas, tuo išjungiant pulsinį LED režimą. Ką vadiname lazerio režimu ir pulsiniu LED režimu. 4. Prašome paaiškinti kokybės kriterijaus 5 punkto reikalavimą Šviestuvo 3D pozicijos „užrakinimas“ mechaniniu užraktu. Prašome paaiškinti sąvoką 3D poziciją ir sąvoką užrakinimas mechaniniu užraktu. 5. Prašome pagrįsti Kokybės kriterijaus 8. p. reikalavimą „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas, būtent visose jungtyse integruotus vandens srauto reguliavimas.“


Atsakymas:

Paklausimas (tiekėjo tekstas neredaguotas)	Atsakymas
CVP IS pranešimo ID 20420	
1. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 1 punkto reikalavimą, Paciento krėslas montuojamas atskirai nuo pagrindinio bloko, kurio montavimo išilginė ašis gali būti pasukta ne mažiau, kaip 15° kampu. Nėra aiški fizinė prasmė pasukimo kampo, nenurodant šio kriterijaus tikslo.	Šiuo pirkimu siekiama pakeisti turimą odontologijos darbo vietą ir montavimo išilginės ašies pasukimas leistų siekiamą įsigyti prekę sumontuoti jau esamų atvestų komunikacijų vietose.
2. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 3 punkto reikalavimą Membraninė valdymo konsolė sumontuota šone ar tarpe tarp instrumentų, taip, kad instrumentai neužstotų pasiekti	Reikalavimas, kad instrumentai, įstatyti į lizdus atsiurbimo konsolėje, neužstotų ant konsolės sumontuoto valdymo reiškia, kad medicinos paslaugas teikiančiam personalui siekiant aktyvuoti pvz. stiklinės pripildymo ar spjaudyklės nuplovimo funkcijas, tam neturi trukdyti prieš funkcijos aktyvavimo pasirinkimą esantys instrumentai (aerolio ar seilių atsiurbėjai, asistento pūsteris ir kt.).

mygtukų. Prašome paaiškinti ką vadiname „užstotais mygtukais“.	
3. Prašau paaiškinti kokybės kriterijaus 4 punkto reikalavimą „Lazerio“ režimo įjungimas, tuo išjungiant pulsinį LED režimą. Ką vadiname lazerio režimu ir pulsiniu LED režimu.	Lazerio režimas - kai LED šviestuvas šviečia nepulsine (nuolatine) šviesa. Pulsinis (įprastas) režimas - kai LED šviestuvas šviečia pulsuojančiai.
4. Prašome paaiškinti kokybės kriterijaus 5 punkto reikalavimą Šviestuvo 3D pozicijos „užrakinimas“ mechaniniu užraktu. Prašome paaiškinti sąvoką 3D poziciją ir sąvoką užrakinimas mechaniniu užraktu.	Sąvoka „3D pozicija“ reiškia bet kurią šviestuvo pozicijos padėties keitimo galimybę trimis ašimis. Sąvoka mechaninis užraktas, tai yra funkcija, kai nustačius šviestuvą norimoje pozicijoje, jis užfiksuojamas.
5. Prašome pagrįsti Kokybės kriterijaus 8. p. reikalavimą „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas, būtent visose jungtyse integruotus vandens srauto reguliavimas.	Viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtintos pareigos ar taisyklių, kuriomis perkančiosios organizacijos būtų įpareigojamos tiekėjams pagrįsti numatytus pasiūlymų vertinimo kokybės kriterijus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, kuriais yra grindžiamas pirkimo sutarties sudarymas, gali būti įvairūs su sutartimi susiję kriterijai, pavyzdžiui, kokybė, techniniai parametrai, estetiškos ir funkcinės charakteristikos, aptarnavimas po pardavimo ir techninė pagalba, atlikimo data, atlikimo laikotarpis arba baigimo laikas, kaina ir pan. Be to, ekonomiškai naudingiausia pasiūlymui nustatyti naudojami kriterijai, kuriais remiantis sudaromos viešojo pirkimo sutartys, gali būti susiję ne tik su pirkimo objektu ir jo savybėmis, bet ir pačiais subjektais, vykdysiančiais viešojo pirkimo sutartį, jų kompetencija ir pan.

Atsižvelgiant į pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025 m. sausio 27 d. 9:00 val.

Komisijos pirmininkė



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto poliklinika VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-22 Nr. S (E)-983
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-22 15:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-03 19:46 - 2026-10-03 19:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-