



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 8579669

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo tarptautinės vertės pirkimą „P-2026/14874, Medicinos įranga slaugai“, (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus (tiekėjo kalba netaisyta):

Klausimai. „Laba diena,

Norime prašyti techninės specifikacijos pakeitimų pirmoje ir ketvirtoje pirkimo dalyse:
1. Gal galite pakeisti 1 pirkimo dalies „Funkcinės lovos“ 16.3 punkto reikalavimą „Stabdžių valdymo svirtys sumontuotos abiejose kojūgalio ir galvūgalio pusėse“ ir išdėstyti jį sekančiai „Stabdžių valdymo svirtys sumontuotos abiejose kojūgalio arba kojūgalio ir galvūgalio pusėse“.

2. Gal galite patikslinti 4 pirkimo dalies „Kintamo slėgio čiužiniai“ 10.3 punkto reikalavimą „Darbo režimai. Autoform“. Ką šis režimas turi daryti ir kokia jo paskirtis? Nes nėra pateiktas detalesnis funkcijos aprašymas, o iš esamo sunku suprasti, kokia čiužinio funkcija reikalaujama?

3. Gal galite pakeisti 4 pirkimo dalies „Kintamo slėgio čiužiniai“ 12 punkto „Galimybė keisti kompresoriaus darbo ciklą pripučiant ir išleidžiant atskiras celes. Ne mažiau kaip 1. 5 ± 1 min. 2. 10 ± 3 min. 3. 20 ± 5 min.“ ir išdėstyti jį sekančiai „Galimybė keisti kompresoriaus darbo ciklą pripučiant ir išleidžiant atskiras celes. Ne mažiau kaip 1. 5 ± 5 min. 2. 10 ± 5 min. 3. 20 ± 5 min.“.

Manome, kad šie pakeitimai neįtakoja prekės kokybės ar naudojimo efektyvumo, tačiau turi reikšmingos įtakos konkurencijai, kurią smarkiai riboje aukščiau minėti punktai. Dėkojame už jūsų supratingumą.“

Atsakymai. 1. Pirmos pirkimo dalies „Funkcinės lovos“ 16.3 punktas keičiamas nebus, nes kitu atveju tiekėjas galės siūlyti lovas, kurių stabdžiai tik vienoje lovos pusėje. Praktikoje neretai lovas tenka perstumti vienam žmogui. Tai reikštų, kad norint užfiksuoti lovą stovėjimo padėtyje, t. y. nuspausti stabdį, personalui tektų apeiti aplink visą lovą. Rinkoje siūloma ne mažai lovų, kurios turi stabdį abiejuose galuose.

2. „Autoform“ yra funkcija, kuri automatiškai pritaiko čiužinio parametrus prie paciento svorio ir kūno padėties.

3. Ketvirtos pirkimo dalies „Kintamo slėgio čiužiniai“ 12 p. keičiamas nebus. Prašome vadovautis technine specifikacija.

Perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose numatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir sudaro sąlygas pirkime dalyvauti plačiam tiekėjų ratui. Reikalavimai nėra pritaikyti konkrečiam gamintojui ar modeliui.

Vyriausioji specialistė

Vilma Armalienė

Vilma Armalienė, tel. +370 674 92287, el. p. vilma.armaliene@klaipedos-r.lt

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 8579669
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-09 Nr. (18.25 E) VŠ1-1092
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Armalienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 11:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-17 16:06 - 2027-03-17 16:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-09 nuorašą suformavo Vilma Armalienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“