

Elektrofizologinės sistemos stiprintuvo remonto keitimo ir elektrofizologinės sistemos modulio remonto keitimo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrofizologinės sistemos stiprintuvo remonto keitimas, kiekis 1 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Pirkimo objektas	Gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ elektrofizologijos sistemos „WorkMate Claris™“ stiprintuvo modulio remonto keitimas (įskaitant montavimo išlaidas)	
1.1.	Kanalų skaičius (įskaitant intrakardinius)	≥ 140	
1.2.	Įvesties kanalai	Monopoliniai ir bipoliniai	
1.3.	Intrakardinių kanalų skaičius	≥ 100	
1.4.	EKG derivacijos	≥ 12	
1.5.	Signalų diskretizavimo sparta (angl. sample rate)	≥ 2000 Hz	
1.6.	Skaitmeninio elektrogramos signalo rezoliucija (gylis)	≥ 32 bitų	
1.7.	Jungtys elektrokardiostimuliatoriui	≥ 1 jungtis elektrokardiostimuliatoriui EP-4	
1.8.	Jungtys slėgio matavimui	≥ 4 jungtys slėgio matavimui	
2.	Suteikiama garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių	
3.	Suderinamumas	Siūlomas stiprintuvo modulis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ širdies elektrofizologinė registravimo sistema „WorkMate Claris™“. <i>(gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ kataloginis Nr. H700150 arba lygiavertis)</i>	
4.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
6.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo į LSMU Kauno klinikas, sugedusio modulio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui), testavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Elektrofiziologinės sistemos modulio remontinis keitimas, kiekis 1 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Pirkimo objektas	Gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ elektrofiziologijos sistemos „WorkMate Claris™“ modulio „TactiSys™ Quartz“ remontinis keitimas (įskaitant montavimo išlaidas)	
1.1.	Modulio aprašymas	Abliacinio elektrodo įrėmimo į širdies sienelę jėgos (slėgio) matavimo funkcija	
1.2.	Technologija	Optinė baltos šviesos interferometrijos jutiklio technologija	
2.	Suteikiama garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių	
3.	Suderinamumas	Siūlomas modulis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ širdies elektrofiziologinės registravimo sistemos „WorkMate Claris™“ trimačio kartografavimo „Ensite Precision™“ funkcija. <i>(gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ kataloginis Nr. PN-004-400 arba lygiavertis)</i>	
4.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
6.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo į LSMU Kauno klinikas, sugedusio modulio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui), testavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo,

konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).