

**Individualiai gaminamo dubens endoprotezo su gūžduobiniu komponentu
techninė specifikacija**

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos
1.	Individualiai gaminamas dubens endoprotezas su gūžduobiniu komponentu – 1 kompl.	
1.1.	Endoprotezo komplekto komponentai: a) gūžduobės - dubens klubakaulio skliautas; b) endoprotezo gūžduobinis komponentas; c) endoprotezo komplekto fiksacijai reikalingi priedai; d) dubens ir implanto modelis (-iai); e) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamas nukreipiklis.	
1.2.	Kaulo pašalinimas: a) esant poreikiui, kaulo pjūviai atliekami naudojant pateikiamą individualiai paciento anatomijai pagamintą sterilizuojamą plastikinį (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamą nukreipiklį; b) pateikiamas bent vienas sterilizuojamas (arba sterilus) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) dubens ir implanto modelis, naudojamas operacijai planuoti.	
1.3.	Specialaus individualaus gūžduobės – dubens klubakaulio skliauto fiksacija: fiksuojamas į likusią sveiką klubakaulio užpakalinę koloną intrameduliariai (į kaulo vidų) specialiu mechaninės fiksacijos poliumi, bent dviem sraigtais į kryžkaulį per visą jo plotį ir papildomai į klubakaulio sparną rakinamais arba nerakinamais sraigtais.	
1.4.	Po planuojamos išplėstinės raumenų ir kaulų rezekcijos, dėl galimo didelio nestabilumo tikėtina didelė endoprotezo komponentų išnirimo rizika, todėl komplekte pateikiamas reikalingas operacijos metu panaudoti specialus gūžduobinis endoprotezo komponentas: a) didelės molekulinės masės polietileno (arba lygiavertės	

	<p>medžiagos), mechaninės arba cementinės fiksacijos;</p> <p>b) su galimybe rinktis galvutę užrakinantį įdėklą arba dvigubo mobilumo įdėklą;</p> <p>c) su galimybe keisti gūžduobės pozicionavimą, ją fiksuojant prie dubeninio komponento.</p>	
1.5	Paviršiaus medžiaga: visas endoprotezo kontakto su kaulu plotas ir specialus mechaninės fiksacijos polius padengti danga, užtikrinančia gerą suaugimą su kaulu.	
1.6.	Endoprotezas žymimas CE ženklų (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklų, kopiją</i>).	
1.7.	Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos.	