



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo Nr. 635129 dalyviams

2025-01-10 Nr. A39- /24(3.10.15E-VPS)

**DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU „KP-3273
Reagentai ir eksploatacinės medžiagos bendro hematologinio tyrimo su leukocitų
diferencijavimu atlikimui bei analizatoriaus įsigijimas panaudos būdu“ (PIRKIMO NR.
635129) ATSAKymo į pateiktus klausimus - prašymus**

PRAŠYMAS:

Tiekėjas prašo keisti techninės specifikacijos techninių reikalavimų įrangai **3 parametrai** „**Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams**“. „*Prašome išbraukti „matuojami atipiniai limfocitai“, nes tai duoda nuorodą į konkretaus gamintojo analizatorių, riboja konkurenciją. Atlikus šią korekciją atsirastų didesnė galimybė sulaukti daugiau pasiūlymų, padidėtų galimybės perkančiajai organizacijai išsirinkti ekonomiškai naudingiausią variantą, būtų išvengta konkurencijos ribojimo.*“

ATSAKYMAS:

Reikalavimas nekeičiamas. Analizatorius turi matuoti parametrus, kurie informuoja apie pakitusias arba jaunas ląsteles, arba duoti įspėjimą signalą (flag) apie šias ląsteles. Tai yra atrankiniai parametrai kraujo tepinėlio tyrimui, kurio metu įtariamas arba atmetamas įtarimas dėl galimo onkohematologinio susirgimo. Prašyme nurodytame techninės specifikacijos punkte nėra reikalaujami tik „matuojami atipiniai limfocitai“. **Tiekėjui leidžiama siūlyti įrangą, kuri nematuoja pakitusių ląstelių, tačiau analizatorius turi turėti funkciją vienaip ar kitaip įspėti vartotoją apie jaunas nesubrendusias ar pakitusias ląsteles.** Tai gali būti išmatuojamas parametras, pastaba, ženklas ar kt., kas reikštų nustatytą pakitimą ir priverstų specialistą atkreipti dėmesį į mėginį, paruošti tepinėlių citomorfologiniam ištyrimui.

PRAŠYMAS:

Tiekėjas prašo keisti techninės specifikacijos techninių reikalavimų įrangai **8 parametrai** „**Našumas**“. „*Prašome koreguoti analizatorių našumą, numatant galimybę siūlyti mažesnio t.y. iki 55 tyrimų per valandą, analizatorių, kurio pagal jūsų planuojamą atlikti tyrimų skaičius pilnai pakaktų. Tuomet atsirastų didesnė galimybė sulaukti daugiau pasiūlymų, padidėtų galimybės išsirinkti ekonomiškai naudingiausią variantą, būtų išvengta konkurencijos ribojimo.*“

ATSAKYMAS:

Reikalavimas nekeičiamas.

Laboratorių darbą reglamentuoja SAM įsakymai, vienas jų 2020-11-10 Nr. V-2572 „Dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vienas iš rodiklių – hematologinio tyrimo atlikimo laikas (nuo kraujo paėmimo iki rezultato pateikimo). Įstaiga siekia įsigyti ne pigiausią rinkoje esančią įrangą, o įrangą, kuri pirmiausia kokybės atžvilgiu atitiktų gydytojų bei pacientų poreikius ir būtų ekonomiškai

Aušra Sidaraitė-Markevičienė, tel. +370 664 56839, el. p. ausra.markeviciene@vilnius.lt



naudinga. Tyrimo atlikimo laikas, skuba svarbus tiek gydymo procese, tiek darbo organizavimo atžvilgiu. Kuo našesnė įranga naudojama, tuo reikalingas mažesnis darbuotojų skaičius arba tas pats darbuotojas gali aptarnauti didesnę įrangos skaičių, atlikti kitus darbus.

Atsižvelgiant į augantį įstaigos pacientų skaičių, kasmet augančias tyrimų apimtis, negalime sutikti su mažesnio našumo įranga, nes „pikiniais“ ligų mėnesiais galimai neužtikrinsime tyrimų atlikimo laiku.

PRAŠYMAS:

Tiekėjas prašo keisti techninės specifikacijos techninių reikalavimų įrangai **17 parametrai** „**Matavimo ribos**“. „Prašome koreguoti viršutinę WBC matavimo ribą, keičiant ją iš 299 ($10^9/L$) į 100 ($10^9/L$) ir išdėstyti WBC matavimo ribą sekančiai: WBC 0,5 – 100 ($10^9/L$). Tuomet atsirastų didesnė galimybė sulaukti daugiau pasiūlymų, padidėtų galimybės išsirinkti ekonomiškai naudingiausią variantą, būtų išvengta konkurencijos ribojimo.“

ATSAKYMAS:

Reikalavimas nekeičiamas.

Įstaiga siekia įsigyti ne pigiausią rinkoje esančią įrangą, o įrangą, kuri pirmiausia kokybės atžvilgiu atitiktų gydytojų bei pacientų poreikius ir būtų ekonomiškai naudinga.

Peržiūrėjus ilgo laiko pacientų tyrimų rezultatus, nustatyta, kad įstaigoje turime ne vieną pacientą, kuriam periodiškai nustatomos WBC reikšmės >100 ($10^9/L$), t.y. WBC tyrimo rezultatai būna tarp 100 ir 300 ($10^9/L$).

Mažindami leukocitų išmatavimo rodiklį nuo 299 iki 100 ($10^9/L$) mes pablogintume pacientų ištyrimo galimybes, t.y. neišmatavus pacientui tikslaus leukocitų skaičiaus, pacientui tektų tyrimą kartoti kitu analizatoriumi kas padidina ištyrimo kaštus įstaigai, arba tektų kartoti tyrimą kitoje gydymo įstaigoje, nes neužtikrintume ūmiai susirgusių ar onkologinių ligonių ištyrimo.

Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų
pirkimų poskyrio vadovė

Nika Armonė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU „KP-3273 Reagentai ir eksploatacinės medžiagos bendro hematologinio tyrimo su leukocitų diferencijavimu atlikimui bei analizatoriaus įsigijimas panaudos būdu “ (PIRKIMO NR. 635129) ATSAKYMO Į PATEIKTUS KLAUSIMUS - PRAŠYMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-10 Nr. A39-109/25(3.10.15E-VPS)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nika Armonė, Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų pirkimų poskyrio vedėja, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	NIKA ARMONĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-10 13:45:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2025-01-10 13:45:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-16 08:03:55 – 2027-05-16 08:03:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-10 13:54:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-10 13:54:12 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“