

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„OPERACINIAI STALAI”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-11 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **operacinių stalų** pirkimo (Nr. 412706).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1 pirkimo dalis.

4p.4d. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo ~~700 mm iki 1050 mm~~, siūlome padidinti ribas bent jau nuo **622 mm iki 1050 mm**. *(Siūlome tai įtraukti, nes stalo nuleidimas žemyn yra vienas svarbiausių parametrų, užtikrinančių, kad gydytojai galės tinkamai dirbti su stambiais pacientais. Be to, tai neriboja konkurencijos, kadangi dauguma operacinių stalų turi tokią funkciją. Taip pat, ginekologijoje stalo nuleidimas į kuo žemesnę poziciją yra itin svarbus.)*

4p.6d. a papunkt. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo ~~-90° iki +10°~~ siūlome keisti į ribos ne siauresnės kaip nuo **-90° iki 0°**; *(Mūsų siūlomo operacinio stalo reguliavimo ribos yra -90° iki 0°, tad reikėtų pakeisti šį laipsnį iki 0°, kurio praktikoje pilnai užtenka.)*

3 pirkimo dalis.

7.4.3 d. Abdukcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) ~~Nuo -20° iki +20°~~ siūlome keisti į **-10° iki +20°**

Tiekėjas siūlo prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Tiekėjas prašo prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

3.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Siūlome patikslinti 2, 3 pirkimo dalyse: 3.4.punktą sekančiai: Gabaritiniai matmenys 3.Plotis, neįskaitant šoninių bėgelių, ne mažesnis kaip 520 mm. Manome, kad pasiūlytas ribos patikslinimas minimaliu rodiklio dydžiu (20mm) nesudarys sunkumų operacijos metu norimų funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo stalviršio pločio reguliavimo intervalą nuo 520 mm iki 540 mm.

5.4. punktą sekančiai: Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos(ne siauresnės už nurodytas) Nuo 700 mm iki 1050 mm; Manome, kad pasiūlytas ribos patikslinimas minimaliu rodiklio dydžiu (10mm) nesudarys sunkumų operacijos metu norimų funkcijų atlikimui, nes daugelis gamintojų siūlo stalviršio aukščio reguliavimo intervalą 350 mm. Siekiant pagerinti galimų chirurgo darbo pozicijų ergonomiką, siūlome padidinti maksimalaus stalo aukščio parametro ribą.

5.4. punktą sekančiai: Nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) Nuo -35° iki +75° Nugaros atlošo reguliavimas nuo -40° iki +70° neatitinka rinkos situacijos ir sudaro palankesnes sąlygas dalyvauti išskirtiniam gamintojui (kaip pvz. gamintojo Mindray operaciniam stalui). Praktikoje optimalus nugaros pakėlimas yra nuo 75° (±5°). 7.4.1. - 7.4.3.punktus nenurodyti. Nes operacinių stalų gamintojai turi bato tipo kojų laikiklius, bet gamintojo kataloguose, brošiūrose taip smulkiai nenurodomi parametrų reikšmės.

Tiekėjas prašo prekių pristatymo terminą pratęsti iki 10 savaičių.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 4.4 punkte nurodytos stalviršio aukščio reguliavimo ribos pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius.

Pažymima, kad tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, operacinius stalus.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 4.6a punkte nurodytos dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriaus operacinėje pasitaiko atvejų, kai reikalingas tam tikras paciento padėties pozicionavimas ir kojos turi būti bent minimaliai pakeltos.

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 7.4.3 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

4.3.	Abdukcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo -10° iki +20°
------	---	--------------------------

Komisija pažymi, kad 2 ir 3 pirkimo dalių techninės specifikacijos 3.4 punkte nurodytas operacinio stalo plotis (neįskaitant šoninių bėgelių) ≥ 540 mm yra minimalus ir atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymime, kad, atsižvelgiant į Ginekologijos skyriuje gydomų pacienčių morfometrines charakteristikas ir jų kitimo per pastaruosius metus tendencijas kai vis dažniau tenka operuoti didelio arba labai didelio kūno masės indekso pacientės, techninėje specifikacijoje nurodytas kaip galima didesnis operacinio stalo plotis. Rinkoje yra ne vienas gamintojas, galintis pasiūlyti reikalaujamo pločio operacinį stalą, todėl parametras nebus keičiamas.

Komisija pažymi, kad 2 ir 3 pirkimo dalių techninės specifikacijos 5.4 punkte nurodytos stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad nurodytos ribos yra minimalios, užtikrinančios konkurenciją ir visiškai atitinkančios Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje dirbančių gydytojų poreikius. Taip pat pažymima, kad rinkoje yra ne vienas gamintojas, kurių siūlomų operacinių stalų stalviršio aukščio reguliavimo diapazonas yra lygus arba platesnis nei 5.4 punkte nurodytas, todėl parametras nebus keičiamas.

Komisija pažymi, kad 2 ir 3 pirkimo dalių techninės specifikacijos 5.5 punkte nurodytos nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -40° iki $+70^\circ$ visiškai atitinka Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje dirbančių gydytojų poreikius. Platesnės nugarinės sekcijos nuleidimo kampo reguliavimo ribos užtikrina didesnę operacinio stalo funkcionalumą, galimybę patogiau atlikti įvairias operacijas, todėl parametras nebus keičiamas.

Komisija pažymi, kad 2 ir 3 pirkimo dalies operacinių stalų techninės specifikacijos yra identiškos, skiriasi tik su stalais komplektuojami kojos laikikliai (bato tipo) su pneumatiniu valdymo mechanizmu, todėl ir yra nurodyti tikslūs reikalavimai kojų laikikliams, kurie visiškai atitinka Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje dirbančių gydytojų poreikius. Kojų laikiklio parametrai ženkliai dalimi apsprendžia operacinio stalo panaudojimo galimybes. Specifikacijoje nurodytos kojų laikiklių techninės charakteristikos leidžia lengvai keisti operacinę prieigą (laparotominę, endoskopinę ar vaginalinę operaciją, operacinės prieigos konversijos atvejai), pritaikyti operacinius stalus įvairaus svorio pacinetėms, sumažinti operacinių komplikacijų riziką ir didinti darbo efektyvumą operacinėse.

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą iki 12 savaičių.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.