

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„OPERACINIŲ STALŲ PRIEDAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-11 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **operacinių stalų priedų** pirkimo (Nr. 412788).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos pastebėjimus:

“<...>norėtume atkreipti dėmesį, kad konkurse nurodytiems Maquet/Getinge operaciniams stalams tinka tik šio gamintojo priedai.

Gamintojas deklaruoja, jog kito gamintojo arba neoriginalūs priedai ir detalės negali būti naudojami su šia įranga. Tokiu atveju, jei būtų naudojami neoriginalūs arba kito gamintojo priedai, tiekėjas negali prisiimti atsakomybės už operacinio stalo saugų veikimą operacijų metu.”

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, sprendžia techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1.1. punktą ir 2 pirkimo dalies 2.1. punktą koreguoti kaip nurodoma žemiau.

1.1.	Reikalavimai operacinių stalų priedų komplektui	1. Siūlomi priedai techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Getinge“ operaciniu stalu „Maquet“ <i>(reikalingas atitinkamas gamintojo „Getinge“ patvirtinimas).</i>
2.1.	Reikalavimai operacinių stalų atsarginių dalių komplektui	1. Siūlomos atsarginės dalys techniškai suderinamos su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Getinge“ operaciniais stalais „Maquet“ <i>(reikalingas atitinkamas gamintojo „Getinge“ patvirtinimas).</i>

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.