

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ENDOSKOPINĖS ORGANŲ IR AUDINIŲ SIUVIMO KASETĖS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **endoskopinių organų ir audinių siuvimo kasečių** pirkimo (Nr. 271605).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

6 punktas suponuoja, kad tiekėjas turi pasiūlyti, ne tik kasetes, bet ir pakeisti sunaudotus adapterius firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrinei automatinei siuvimo rankenai. Toks reikalavimas dėl patentinių ir distribucinių sąlygų užkerta kelią dalyvauti daugiau nei 1 tiekėjui. Prašome 6 punktą papildyti taip:

Siūlomos kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrine automatine siuvimo rankena „IDRVULTRA1“ su adapteriu „EGIAADAPT“ arba tiekėjas prie savo siūlomų kasečių turi pateikti suderinamą daugkartinio naudojimo elektrinę automatine siuvimo rankena panaudai. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai. (Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti gamintojo dokumentą, patvirtinantį atitinkamą reikalavimui. Taip pat kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitinkamą patvirtinimą dėl įsipareigojimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai).

1-5 punktuose siūlome įtraukti reikalavimą:

Tiekėjas privalo pasiūlyti lygiavertes siuvimo kasetes perkančiosios organizacijos norimoms kasetėms (kurios yra aprašomos aukščiau esančiomis specifikacijomis), jei panaudai siūlo kitą automatine daugkartinio siuvimo sistemą

3.2 reikalavimas reikalauja paaiškinimo. Paprastai būna 6 eilės kabučių. Neįmanoma kad būtų 64 eilės kabučių.

3.5 reikalavimas nėra aiškus, nes negalima suprasti, kurios tiksliai vietos yra matuojamos, todėl siūlytume arba aprašyti tai tiksliau arba pašalinti.

3.6 reikalavimas manome, kad yra nekorektiškas, nes aktualus yra tik kasetės ilgis, kuris siūna (30 mm; 45 mm; 60 mm). Bendras Covidien kasetės ilgis nėra aktualus, nes kasetė yra jungiama prie siuvimo rankenos kotelio (shaft). Kasetė su siuvimo rankenos koteliu sudaro bendrą darbinės dalies ilgį. Tik iš kasetės ilgio mes negalime suprasti ar chirurgui užtenka aparato ilgio pasirinktoje operacijoje. Manome, kad šis reikalavimas perteklinis.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sutinka patikslinti techninės specifikacijos 6 punkto formuluotę ir reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

6.	Suderinamumas	<i>Siūlomos kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrine automatine siuvimo rankena „IDRVULTRA1“ su adapteriu „EGIAADAPT“ arba tiekėjas prie savo siūlomų kasečių turi pateikti suderinamą daugkartinio naudojimo elektrinę automatine siuvimo rankeną panaudai. Sutarties galiojimo</i>
----	---------------	--

		<i>laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai. (Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti gamintojo dokumentą, patvirtinantį atitikimą reikalavimui. Taip pat kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitinkamą patvirtinimą dėl įsipareigojimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai).</i>
--	--	--

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 1–5 punktuose įtraukti papildomą reikalavimą „Tiekėjas privalo pasiūlyti lygiavertės siuvimo kasetes perkančiosios organizacijos norimoms kasetėms (kurios yra aprašomos aukščiau esančiomis specifikacijomis), jei panaudai siūlo kitą automatinę daugkartinio siuvimo sistemą“, nes tiekėjo siūlomos lygiavertės kasetės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kad siūlomos prekės atitiktų ir išpildytų perkančiosios organizacijos suformuluotus poreikius. Jeigu tiekėjo siūlomų kasečių techninės charakteristikos skiriasi – tiekėjas teikdamas siūlymus korekcijoms Rinkos konsultacijos metu turėtų nurodyti, kurios vertės turi būti koreguojamos, jog tiekėjas galėtų pasiūlyti lygiavertės prekes. Ši informacija yra aktuali perkančiajai organizacijai, jog galėtų įsivertinti, ar siūlomos koreguoti vertės yra priimtinos. Perkančiajai organizacijai vertinant techninių charakteristikų atitikimą ir lygiavertiškumą būtinos apibrėžtos vertės, kurias prekė turi atitikti.

Komisija sprendžia papildyti techninę specifikaciją įtraukiant 6.1 punktą, kuriame patikslinama, kokie reikalavimai būtų keliami tiekėjo teikiamoms panaudai daugkartinio naudojimo elektrinėms automatinėms siuvimo rankenoms (bei jų priedams) ir kokie orientaciniai kiekiai būtų reikalingi:

6.1.	Reikalavimai daugkartinio naudojimo elektrinei siuvimo rankenai (jeigu rankena teikiama panaudai pagal 6 punkte nurodytas aplinkybes) (orientacinis kiekis 5 komplektai)	<p>Daugkartinės įkraunamos elektrinės automatinės siuvimo sistemos valdymo rankenos komplektacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrinė automatinė siuvimo sistemos valdymo rankena (1 vnt.): <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Rankenos valdymas pilnai automatinis, aktyvuojamas mygtukų paspaudimu. Nuspaudus atitinkamus mygtukus automatiškai uždaroma/atidaroma siuvimo sistemos dėtuve ir aktyvuojamas peilis, pjaunantis audinius tarp kabučių eilių. Atitinkamų mygtukų paspaudimu rankena automatiškai pakreipia siuvimo sistemos dėtuvę iki 45° ir pasuka ją aplink ašį 360°; 1.2. Rankena su LED tipo arba lygiaverčiais šviesos indikatoriais, nurodančiais rankenos parengtį ir būseną atliekant operaciją; 1.3. Energija rankenai tiekama iš baterijos, įdedamos į rankeną; 1.4. Rankena sterilizuojama, tinkama naudoti ne mažiau kaip 300 šuvių arba ne mažiau kaip 50 sterilizavimo ciklų; 1.5. Suderinama su 30 mm, 45 mm ir 60 mm siūlės ilgio vienkartinėmis siuvimo sistemų dėtuvėmis; 2. Siuvimo sistemų valdymo rankenos adapteris (1 vnt.): <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Adapteris, leidžiantis dirbti su 30 mm, 45 mm ir 60 mm siūlės ilgio vienkartinėmis siuvimo sistemos dėtuvėmis; 2.2. Adapteris sterilizuojamas, tinkamas naudoti ne mažiau kaip 300 šuvių arba ne mažiau kaip 50 sterilizavimo ciklų; 3. Siuvimo sistemos valdymo rankenos maitinimo baterija (2 vnt.): <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Įkraunama, daugkartinė; 3.2. Ličio jonų arba lygiavertė;
------	---	--

		<p>4. Siuvimo sistemos valdymo rankenos maitinimo baterijos įkroviklis (1 vnt.):</p> <p>4.1. Tinkamas įrangos komplekte pateikiamai baterijai įkrauti iš 230V/50Hz elektros tinklo;</p> <p>5. Baterijos kreipiančioji (priedas baterijai įdėti) (1 vnt.):</p> <p>5.1. Daugkartinis, sterilizuojamas priedas, skirtas steriliam baterijos įdėjimui į rankeną;</p> <p>6. Siuvimo sistemos valdymo rankenos bei jų priedų dėklas (1 vnt.):</p> <p>6.1. Dėklas skirtas rankenai bei jos priedams sterilizuoti, sandėliuoti ir transportuoti gydymo įstaigos viduje.</p>
--	--	---

Perkančioji organizacija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog tiekėjui išsipareigojant tiekti panaudai daugkartinio naudojimo elektrines automatines siuvimo rankenas kartu su tiekėjo pasiūlytomis kasetėmis, siuvimo rankenos turi būti lygiavertės arba pranašesnės (ne prastesnės) 6.1 punkte aprašytoms siuvimo rankenoms. Tiekėjas išsipareigoja tiekti panaudai visą 6.1 punkte aprašytą siuvimo sistemos komplektaciją, jog būtų užtikrintas sklandus, nepertraukiamas perkančiosios organizacijos darbas.

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 3 punkto formuluotę ir reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

3.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 30 vnt.)	<p>1. Ilgis 30 ± 3 mm;</p> <p>2. Kasetėje 4 eilės kabučių;</p> <p>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</p> <p>4. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų;</p> <p>5. Kasetės darbinės dalies skersmuo ≤ 8 mm (matuojama nuo kasetės sąnario link rankenos), kasetės skersmuo $\leq 6,3$ mm;</p> <p>6. Kasetės darbinės dalies ilgis ≥ 15 cm;</p> <p>7. Atidarytos kabutės aukštis 2 mm.</p>
----	--	---

Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo teiginiu dėl 3.6 reikalavimo, nes operacijos metu yra aktualu visas bendras darbinės dalies ilgis, kurį 3 punkte aprašomoje kasetėje sudaro 2 dedamosios: kasetė ir kasetės darbinė dalis (kotelis). Kadangi šias kasetes siekiama naudoti itin sudėtingų operacijų metu (pavyzdžiui, torakalinei chirurgijai), kur prieinamumas specifinėse situacijose būtų ribotas, yra svarbu užtikrinti kuo ilgesnę darbinę dalį.

Komisija sprendžia papildyti skiltį „Pastabos, papildomi reikalavimai“ ir pridėti 4-tą punktą:
4. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su Tiekėju dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.