

12 KANALŲ ELEKTROTERAPIJOS IR DINAMINIO MASAŽO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametro reikšmė
1.	Prietaisas turi turėti išvardintus gydymo komponentus	1. Skausmo gydymas
		2. Raumenų gydymas
		3. Dinaminį giluminį masažą
		4. Šiluminę terapiją
2.	Prietaiso valdymo ekranas	Jautrus lietimui
3.	Aparato valdymo meniu	Lietuvių kalba
4.	Turi būti šios integruotos gydymo programos	1. Nuskausminimo
		2. Giluminio masažo
		3. Raumenų terapijos
		4. Terapeuto sukurtos ir išsaugotos programos
5.	Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos	Nuo 20 ^o iki 40 ^o C
6.	Stimuliacijos kilimėlis	Turi turėti galimybę stimuliacijos zoną pritaikyti pagal paciento ūgį
7.	Jungtys	USB ir atminties kortelė
8.	Nuotolinis valdymo pultas, kuris gali būti duodamas pacientui	Būtina
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesiai
10.	CE ženklinimas	Būtinas Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją
11.	Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti	Vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba, prietaiso pasą
12.	Darbuotojų apmokymas darbo vietoje	Būtina

Klaipėdos sporto medicinos skyriaus
Ūkvedė/statistikė Lina Paulauskienė

(parašas, data)

2026-08-13