

SKENUOJANČIO LAZERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Charakteristikos ir reikalavimai
1.	Aparatas skirtas gydymui didelės galios lazeriu	Būtina
2.	Valdomas lietimui jautriu ekranu	Ne mažesnė nei 15 cm įstrižainė
3.	Lazerio klasė	Ne mažiau IV klasė
4.	Bangos ilgis	1064nm $\pm$ 10%
5.	Lazerio maksimalus intensyvumas	Ne mažiau 10 W
6.	Veikimo režimai	Nuolatinis ir pulsuojantis
7.	Dažnio nustatymas pulsiniame režime	Ne blogiau 1-1000 Hz
8.	Galimybė nustatyti parametrus	1. Intensyvumas 2. Terapijos laikas
9.	Galimybė pasirinkti gydomą kūno sritį ir rekomenduojamus parametrus	Būtina
10.	Automatinė skanavimo funkcija	Lazerio terapija atliekama automatiškai nurodytame plote, naudotojui nereikia atlikti procedūros rankomis
11.	Komplektacija	Apsauginiai akiniai – 2 vnt.
12.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją
13.	Maitinimo šaltinis	El. tinklas 230V $\pm$ 10%, 50Hz
14.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.
15.	Pristatymo terminas	Per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos

Klaipėdos sporto medicinos skyriaus
Ūkvedė/statistikė Lina Paulauskienė

LSU
Klaipėdos sporto medicinos skyriaus
Ūkvedė/statistikė
Lina Paulauskienė

(parašas, data)

2026-08-13