

Tiekėjams  
 CVP IS priemonėmis

## DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO IR PATIKSLINTŲ PIRKIMO SĄLYGŲ

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešųjų pirkimų komisija, atviro konkurso būdu (supaprastintas pirkimas) vykdanči viešąjį pirkimą „Mediciniųjų baldų pirkimas“ (pirkimo CVP IS ID 18109, toliau - Pirkimas), CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo prašymą paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

### Atsakymas:

Paklausimas (pranešimo tekstas neredaguotas)	Atsakymas									
<b>CVP IS pranešimo ID 25051</b>										
<p>1.                      9. dalis                      9.2 punktą prašo:                      „Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 100 cm“ Pirkime esantys kiti stalai turi diapazoną nuo 46 cm iki 96cm, nuo 49cm iki 95cm ir taip toliau. Visų kitų dalių diapazonai yra panašūs, tik šitos vienos pozicijos skirtingas. Norint pasiūlyti to paties gamintojo stalus, jie visada yra vienodo aukščio reguliavimo diapazono. Papildomi keli centimetrai neturi jokios įtakos darbo ergonomikai ar paciento patogumui. Todėl siūlome šį punktą keisti sekančiai:                      „Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 98 cm“</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 pirkimo dalyje „Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė“, 9.2. p. reikalavimas nebus keičiamas, kadangi vadovaujantis Pirkimo ID. 575193 „Mediciniųjų baldų pirkimas“ dokumentų versija Nr. 2, šis parametras pakeistas į:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Parametro pavadinimas</th> <th>Reikalavimai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;.. &gt;.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.2 .</td> <td>Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis</td> <td>Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 96 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	<.. >.			9.2 .	Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis	Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 96 cm
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai								
<.. >.										
9.2 .	Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis	Ne mažesnė ribose kaip nuo 48 cm iki 96 cm								
<p>2.                      9.9 punktą prašo:                      „Elektrinis variklis su apsauga nuo perkaitimo, kurio keliamoji galia Ne mažiau nei 800 N“                      Šis reikalavimas yra netikslus arba perteklinis. 9.8 punkte rašoma, kad stalas</p>	<p>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 pirkimo dalies 9.9. p. reikalavime „Elektrinis variklis su apsauga nuo perkaitimo kurio keliamoji galia - Ne mažiau nei 800 N“, yra spausdinimo klaida.</p> <p>Atsižvelgiant į tai tikslinamas Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 p.o.d. „Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė“ 9.9. p. reikalavimas:</p>									

turi turėti leistina apkrova 200kg, o 9.9 punkte sakoma, kad variklio galia turi būti ne mažiau 800N, kas yra 80kg keliamosios galios. Punktą reikia naikinti arba ištaisyti nelogiškumą.

Buvo:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
9.9.	Elektrinis variklis su apsauga nuo perkaitimo, kurio keliamoji galia	Ne mažiau nei 800 N

Keičiama į:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
9.9.	Elektrinis variklis su apsauga nuo perkaitimo, kurio keliamoji galia	Ne mažiau nei 8000 N

3.  
14. dalis  
14.8 punktas išdėstytas:  
„Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys ilgis 200 cm ±5 cm; plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm; kojūgalio plotis 59 ±5 cm; galvūgalio plotis 53 ±5 cm;“  
Dauguma stalų gamintojų Europoje gamina vienodo pločio stalus, t.y. stalas turi vienodą minkštos dalies plotį. Tai yra tam, kad būtų galima pacientą pozicionuoti stalo pločio atžvilgiu bet kurioje vietoje, tam kad būtų patogesnis priėjimas prie paciento ir taip būtų galima suteikti kokybiškas medicininės paslaugas pacientui. Toks papildomas kojų dalies susiaurinimas gali sukelti nepatogumų pacientui, nes kojos gali slysti nuo susiaurintos dalies. Taip pat, reikia įvertinti, kad stalo leistina apkrova yra 190kg, o tokio svorio pacientų kūno apimtys būna didesnės, todėl tokie papildomi dalių susiaurinimai kels grėsmę pacientui nukristi nuo stalo.

Atsižvelgiant į tiekėjo Prašymą, tikslinami Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 14 p.o.d. „Medicininis masažo stalas su elektriniu pakėlimu“ 14.8. p. reikalavimai:

Buvo:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
14.8.	Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys	Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm; kojūgalio plotis 59 ±5 cm; galvūgalio plotis 53 ±5 cm;

Keičiama į:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
14.8.	Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys	Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis 70 cm ±5 cm;

Dėl šių svarbių saugumo priežasčių siūlome punktą keisti:  
 14.8 punktas:  
 „Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys ilgis 200 cm ±5 cm;  
 plotis 70 cm ±5 cm;”

4.  
 15. dalis  
 158 punktas išdėstytas:  
 „Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys ilgis 200 cm ±5 cm;  
 plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm;  
 kojūgalio plotis 59 ±5 cm;  
 galvūgalio plotis 53 ±5 cm;”

Dauguma stalų gamintojų Europoje gamina vienodo pločio stalus, t.y. stalas turi vienodą minkštos dalies plotį. Tai yra tam, kad būtų galima pacientą pozicijuoti stalo pločio atžvilgiu bet kurioje vietoje, tam kad būtų patogesnis priėjimas prie paciento ir taip būtų galima suteikti kokybiškas medicines paslaugas pacientui. Toks papildomas kojų dalies susiaurinimas gali sukelti nepatogumų pacientui, nes kojos gali slysti nuo susiaurintos dalies. Taip pat, reikia įvertinti, kad stalo leistina apkrova yra 190kg, o tokio svorio pacientų kūno apimtys būna didesnės, todėl tokie papildomi dalių susiaurinimai kels grėsmę pacientui nukristi nuo stalo. Dėl šių svarbių saugumo priežasčių siūlome punktą keisti:

158 punktas:  
 „Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys ilgis 200 cm ±5 cm;  
 plotis 70 cm ±5 cm;”

Atsižvelgiant į tiekėjo Prašymą, tikslinami Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 15 p.o.d. „Medicininė kušetė su elektriniu pakėlimu“ 15.8. p. reikalavimai:

Buvo:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
15.8 .	Kilnojamos kušetės matmenys	Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm; kojūgalio plotis 59 ±5 cm; galvūgalio plotis 53 ±5 cm;

Keičiama į:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
<...>		
15.8 .	Kilnojamos kušetės matmenys	Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis 70 cm ±5 cm;

Atsižvelgiant į atliktus Pirkimo sąlygų pakeitimus, atnaujinta Pirkimo ID. 575193 „Medicininis baldų pirkimas“ dokumentų versija Nr. 3 skelbiama CVP IS prie Pirkimo dokumentų. Šis Pirkimo sąlygų patikslinimas yra laikomas neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi.

Tiekėjus prašome, teikiant pasiūlymą, vadovautis naujausia paskelbta Pirkimo dokumentų versija.

Taip pat, atsižvelgiant į pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus bei patikslinimus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki **2025 m. vasario 3 d. 9:00 val.** “

