



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI ĮSTAIGA KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA**

**ATSAKYMAS Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ**

- Mūsų gydymo įstaiga atliko rinkos tyrimą ir sudarė techninių specifikacijų atitikimo lentelę, kurioje įtraukti trys galimų tiekėjų siūlomi skirtingų gamintojų fakoemulsifikatoriai. Nidek firmos gamintojo fakoemulsifikatorius nebuvo vertinamas mūsų gydymo įstaigos. Atsižvelgiant į šią jūsų pastabą sutinkame pakeisti 2. punkto reikalaujamo parametro reikšmę:

**Ultragarsinis (išilginis) ir/arba Torsialinis (torsional angl.)**

- Dėl jūsų siūlomo 7 punkto pakeitimo, papildomai įtraukiant nuotolinio valdymo pultą, mūsų įstaiga pasikonsultavo su keletą kitų gydymo įstaigų, atliekančių kataraktos operacijas. Remiantis šia konsultacija, buvo nuspręsta, kad netikslinga įtraukti šį punktą. Mūsų įstaigai būtinas yra pedalas ir "touch screen" iš aparato panelės. Nuotolinis valdymo pultas gali būti, tačiau nėra būtinas (gali būti tik kaip papildoma valdymo priemonė, nepakeičiant prašomų pagrindinių). Taip pat, pagal atliktą rinkos tyrimą, matome, kad kiti du gamintojai neturi galimybės pasiūlyti nuotolinio valdymo pulto. Įtraukus šį jūsų siūlomą reikalavimą, būtų apribota konkurencijos galimybė mūsų rinkos konsultacijoje dalyvavusiems kitiems tiekėjams.

Vyr. slaugytoja/iniciatorė

Viktorija Dulinskiė