

RAŠTAS

DĖL SPINALINIŲ ADATŲ KOKYBINIŲ REIKALAVIMŲ


Vadovaudamiesi ilgamete praktine patirtimi, norime atkreipti dėmesį į tai, kad reikalavimas – **skaidri adatos jungtis su iš keturių pusių (plokštumų) matomu likvoro indikatoriumi** – yra reikšmingas kokybinis kriterijus, kurį galima objektyviai įvertinti vizualiai.

Minėtas konstrukcinis sprendimas – skaidri adatos jungtis su aiškiai matomu indikatoriumi iš visų pusių – **yra tiesiogiai susijęs su paciento saugumu procedūros metu**. Atliekant spinalinę punkciją, gydytojui anesteziologui-reanimatologui itin svarbu kuo greičiau ir tiksliau identifikuoti likvoro pasirodymą. Tai leidžia tiksliai nustatyti adatos padėtį ir sumažinti papildomų manipuliacijų poreikį. Įdūrus adatą ir jai esant spinaliniame tarpe, ji išlieka stabili, todėl papildomas jos prilaikymas nėra būtinas. **Adatos sukimas yra neleistinas ir pavojingas veiksmas žmogaus sveikatai**, todėl itin svarbu, kad likvoras būtų aiškiai matomas visose keturiose plokštumose. Šis sprendimas tiesiogiai prisideda prie **procedūros saugumo ir iki minimumo sumažina galimų komplikacijų riziką**.

Aiškus likvoro matomumas visose jungties plokštumose užtikrina jo pastebėjimą nepriklausomai nuo stebėjimo kampo, o tai yra ypač svarbu atliekant procedūrą skirtingose paciento pozicijose. Tokia konstrukcija padeda užtikrinti **nuolatinę ir patikimą adatos padėties kontrolę**.

Parašai:


20812 Gyd. Nerijus
KLIMAS


04150 Gyd. Roma
KURAITIENĖ