



**KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS
DĖL VIENKARTINIO, LANKSTAUS, SKAITMENINIO URETEROSKOPO SU ĮRANGOS PANAUDA
VIEŠOJO PIRKIMO**

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) iki **2025 m. sausio 10 d.** kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos reikalavimų: <https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=659890>.

CPO LT, gavusi 2 rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrinė ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Žemiau lentelėje pateikiami tik tie rinkos konsultacijos metu kelti klausimai, dėl kurių buvo gauti pasiūlymai ir/ar pastabos.

| Eil. Nr. | Rinkos konsultacijos metu pateiktas techninis reikalavimas/ klausimas ir gautas pasiūlymas/pastaba | CPO LT priimti sprendimai ir paaiškinimai |
|---|--|---|
| Techninė specifikacija (toliau - TS) | | |
| 1. | Dėl TS 1.1.1 p. „ <i>Ureteroskopo dalys: darbinė rankena su lankstumo valdymo svirtimi, kabelis prijungti prie aparatūros, darbinė, lanksti sistemos dalis, distaliniame gale ne mažiau 2 apšvietimo vietos. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijai, instrumentų įvedimui</i> “ | Dalinai atsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos 1.1.1 papunktyje nurodyto reikalavimo ir siekdama padidinti konkurenciją priima sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 1.1.1 papunktyje nurodytą reikalavimą bei nauja redakcija jį išdėstyti taip: <i>„Ureteroskopo dalys: darbinė rankena su lankstumo valdymo svirtimi, kabelis prijungti prie aparatūros, darbinė, lanksti sistemos dalis, distaliniame gale ≥ 1 apšvietimo vietos. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijai, instrumentų įvedimui“</i> |
| 2. | Dėl TS 1.1.2 p. „ <i>Matymo laukas $110 \pm 10^\circ$</i> “ | Neatsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | 1.1.2 papunktyje nurodyto reikalavimo priima sprendimą nekeisti reikalavimo, kadangi mažesnis matymo laukas sąlygoja didesnę gydytojo veiksmų kiekį, ilgėja procedūros trukmė. |
| 3. | Dėl TS 1.1.3 p. „ <i>Lauko gylis 2,5±0,5 - 50 ±1 mm</i> “ | Prašome koreguoti techninę specifikaciją iš “1.1.3. Lauko gylis 2,5±0,5 - 50 ±1 mm;“ į „1.1.3. Lauko gylis ne siauresnių parametrų negu 2,5± 0,5 - 50 ±1 mm“, nes tokia techninė specifikacija apriboja tiekėjus nuo geresnio prietaiso pasiūlymo. | Atsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos 1.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo ir siekdama aiškiai formuluoti pirkimo sąlygas, priima sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 1.1.3 papunktyje nurodytą reikalavimą bei nauja redakcija jį išdėstyti taip: <i>„Lauko gylis ne siauresnėse ribose, kaip nuo 2,5± 0,5 iki 50 ±1 mm“</i> |
| 4. | Dėl TS 1.1.4 p. „ <i>Distalinio galo diametras ne daugiau 7,7 Fr</i> “ | 1.1.4 Distalinio galo diametras ne daugiau 7,7 Fr; Kuo plonesnis distalinis galas, tuo lengviau įvedamas ureteroskopas . Turėtų būti ne daugiau 7,5 Fr | Neatsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos 1.1.4 papunktyje nurodyto reikalavimo bei siekdama neriboti konkurencijos priima sprendimą nekeisti reikalavimo. |
| 5. | Dėl TS 1.1.5 p. „ <i>Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras ne daugiau 9,5 Fr</i> “ | 1.1.5 . Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras ne daugiau 9,5 Fr; Kuo plonesnis išorinis diametras, tuo lengviau manipuluoti instrumentu. turėtų būti ne daugiau 9,0 Fr. | Neatsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos 1.1.5 papunktyje nurodyto reikalavimo bei siekdama neriboti konkurencijos priima sprendimą nekeisti reikalavimo. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 6. | Dėl TS 1.1.8 p. „ <i>Sistemas ilgis 90 ± 1 cm, darbinis ilgis 67 ± 2 cm</i> “ | Sistemas ilgis 90 ± 5 cm, darbinis ilgis 67 ± 5cm; | Dalinai atsižvelgta. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų pastebėjimus dėl techninės specifikacijos 1.1.8 papunktyje nurodyto reikalavimo ir siekdama padidinti konkurenciją priima sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 1.1.8 papunktyje nurodytą reikalavimą bei nauja redakcija jį išdėstyti taip: „ <i>Sistemas darbinis ilgis ne trumpesnis kaip 65 cm</i> “ |
|----|---|--|--|
