

**Tarpslankstelinio tarpo implantų techninė specifikacija
(orientacinis kiekis 150 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomos įrangos parametru reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1.	Aprašymas	Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai		
2.	Implanto medžiaga	PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga		
3.	Rentgenokontrastiniai markeriai	≥ 3 vnt. rentgenokontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį		
4.	Implanto konstrukcija	1. Dantytas paviršius; 2. Tiesios „kulkos“ forma (smailėjantis užapvalintas priekis) arba lygiavertė; 3. Su tarpu viduryje, skirtu užpildui; 4. Plotis ne daugiau kaip 11 mm.		
5.	Implantų dydžiai	Užsakymo metu galima rinktis: 1. Implanto ilgį iš ≥ 3 variantų, ne siauresniame intervale kaip 22–30 mm; 2. Implanto aukštį ne siauresniame intervale kaip 8–14 mm, kur aukščio žingsnis didėja kas ≤ 2 mm. <i>Pastaba: būtina nurodyti galimų dydžių kodus</i>		
6.	Sterilumas	Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje		
7.	Instrumentai panaudai	1. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; 2. Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti		

		<i>tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimą).</i>		
--	--	---	--	--

Pastabos, specialieji reikalavimai:

1. Implantų kaina nesikeičia, nepriklausomai nuo pasirinkto dydžio.
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.
3. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo išsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
6. Gavęs stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu).
7. Implantų sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (***kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimą***).
8. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
9. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas vartotojų apmokymas. Tiekėjas operacinės medicinos personalą supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
 - 9.1. Mokymai ≥ 10 medicininio personalo darbuotojų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).
10. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:
 - 10.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams bei reglamentams.