

DIOPTRIMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Igyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.

Viena iš būtinų įsigyti prekių – **dioptrimetras** (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 6 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama – **dioptrimetras**, 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė
1.	Dioptrimetras (automatinis)	Modelis. Gamintojas
2.	Sferinės refrakcijos matavimo ribos	ne siauresniame diapazone nei -25,00D - + 25,00D.
3.	Sferinės refrakcijos žingsniai	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.	Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos	Ne siauresniame diapazone nei: -10,00D - +10,00D.
5.	Cilindrinės refrakcijos žingsniai	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
6.	Cilindro ašies matavimo ribos	Ne siauresniame diapazone nei '0° - 180°, 1° žingsniu.
7.	Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos	Ne siauresniame diapazone nei: 0,00D - +10,00D.
8.	Priedo skaitymui (ADD) žingsniai	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
9.	Automatinis monofokinių ir multifokinių (progresinių) lęšių atpažinimas	Būtinai.
10.	Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas	Būtinai su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane.
11.	Prizmių matavimo ribos	Ne siauresniame diapazone nei: 0 - 15,00Δ.
12.	Prizmių reikšmės pateikimo būdai	1. X-Y koordinatinių sistemoje. 2. P-B poliarinių koordinatinių sistemoje.
13.	UV Transmisijos matavimas	Būtinai
14.	Matuojamų lęšių diametras (Ø)	Ne siauresnėse ribose nei: 5,0 - 100,0 mm.
15.	Kontaktinių lęšių matavimas	Minkštų ir kietų.
16.	Matavimų rezultatų atspausdinimas	Būtinai, integruoto spausdintuvo pagalba.
17.	Prietaiso maitinimas	Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz

18.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija
19.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai
20.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiavertiniai dokumentai). (arba lygiavertiniai dokumentai)	Būtina
21.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Būtina

Parengė:

Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“

Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja



Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė



Vida Meliūkštienė