

PLYŠINĖS LEMPOS (BIOMIKROSKOPO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.

Viena iš būtinų įsigyti prekių – **plyšinė lempa (biomikroskopas)** (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 6 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama – **plyšinė lempa (biomikroskopas, 1 vnt.**

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė
1.	Plyšinė lempa (biomikroskopas)	Modelis/gamintojas
2.	Tipas	Stacionari, Zeiss tipo (arba lygiavertė) – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo
3.	Mikroskopas	Galileo tipo, konvergencinis (arba lygiavertis)
4.	Padidinimai	Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x
5.	Apžiūros laukas	Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm.
6.	Okuliarai	≥ 12x
7.	Okuliarų dioptrijų reguliavimas	Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D
8.	Plyšio plotis	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
9.	Plyšio ilgis	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
10.	Plyšio diametras	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/1±0,1mm /5±0,5mm /10±1mm /14±1mm
11.	Plyšio sukimas	Nuo 0° iki 180° su horizontalia skenavimo galimybe
12.	Šviesos šaltinis	LED
13.	Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu	Būtina
14.	Filtrai	Būtina: 1. Mėlynas 2. Beraudis
15.	Apšvieta	≥ 150 klx
16.	Maitinimo įtampa	~100 V ~ 240 V
17.	Maitinimo dažnis	50 / 60 Hz

18.	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku	Staliukas su 4 ratukais. Ratukai su stabdžiais.
19.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija
20.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai
21.	(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiavėčiai dokumentai).	Būtina
22.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Būtina

Parengė:

Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“

Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja



Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė



Vida Meliūkštienė