

TONOMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Igyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.

Viena iš būtinų įsigyti prekių – **tonometras** (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 6 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama – **tonometras**, 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė
1.	Tonometras	Modelis. Gamintojas
2.	Tipas	Bekontaktis
3.	Akispūdžio matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei	1,0-60,0 mmHg
4.	Akispūdžio matavimo žingsnis	Ne daugiau kaip 1 mmHg
5.	Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas	Būtinai, nepriklausantis nuo atliktų matavimų skaičiaus
6.	Matavimų monitorius	Liečiamas ne mažesnės nei 5,7 " įstrižinės LCD spalvotas monitorius
7.	Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir horizontaliai	Būtina
8.	Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas	Būtinai
9.	Kompensuoto pagal ragenos storį akispūdžio paskaičiavimas	Būtinai, ragenos storio rodmenis galima įvesti tiek prieš tyrimą, tiek ir jį atlikus
10.	Minkšto oro gūžio padavimas	Būtinai
11.	Saugaus sustabdymo mygtukas arba sistema	Būtinai
12.	Fokusavimo asistentas, automatiškai paleidžiantis matavimą, esant optimaliam fokusui	Būtinai
13.	Matavimo patikimumo indikatorius	Būtinai, informuojantis apie galimą klaidą dėl blogo fokusavimo ir nepilnai atmerktos akies
14.	Pasmakrio laikiklis	Būtinai
15.	Sujungimas su išoriniais įrenginiais	Bent viena RS-232C jungtis
16.	Automatinis išsijungimo režimas	Būtinai
17.	Integruotas spausdintuvas	Būtinai
18.	Spausdinimo popieriaus plotis	≤58mm

19.	Maitinimo šaltinis	230 ($\pm 10\%$) V AC, 50/60Hz elektros tinklas
20.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija
21.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	> 24 mėnesiai
22.	(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai).	Būtina
23.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Būtina

Parengė:

Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“

Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja



Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė



Vida Meliūkštienė