STANDARTINIO AUTOMATINIO PERIMETRO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).
Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.
Viena iš būtinų įsigyti prekių – **standartinis automatinis perimetras** (toliau – Prekė).
Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.
Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 6 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Perkama – **standartinis automatinis perimetras**, 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė
1.	**Standartinis automatinis perimetras**	**Modelis. Gamintojas**
2.	Prietaiso paskirtis	Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui standartinės automatinės perimetrijos metodu (SAP)
3.	Prietaiso konstrukciniai ypatumai	Ant stalo padedamas prietaisas, valdomas išorinio kompiuterio arba integruoto kompiuterio pagalba
4.	Tyrimo atstumas	25÷30 cm.
5.	Tiriamo akipločio ribos	Binokuliariai: ≥160°; monokuliariai: ≥60°.
6.	Tiriamojo lauko foninis apšvietimas	31,5±5% asb.
7.	Stimulo spalva	Balta
8.	Stimulo dydis	III pgl. Goldmann
9.	Maksimalus stimulo intensyvumas	≥10000 asb.
10.	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas	1. “10-2”, arba “10-48”; 2. “24-2”; 3. “30-2”; Estermano (vairuotojams).
11.	Minimalus skriningo testų pasirinkimas	1. Vieno stimulo; 2. Kelių stimulų;
12.	Minimalus slenkstinių (angl.: *Threshold*) testų pasirinkimas	1. Standartinis SITA, arba ZATA, arba analogiškas jiems algoritmas; 2. Greitas SITA, arba ZATA, arba analogiškas jiems algoritmas.
13.	Numatoma greitųjų testų trukmė	1. Skriningo testų ≤1 min; 2. Slenkstinių testų ≤2,5 min;
14.	Pakartotinai atliekamų tyrimų (progresavimo) analizė	1. Vidutinio nuokrypio (angl.: *mean deviation*) pokytis su patikimumo rodikliais; 2. Progresavimo duomenų pateikimas pagal GSS2 sistemą (angl.: *Glaucoma Staging System II*).
15.	Tyrimo rezultatų pateikimo forma	Standartiniu stiliumi – kad galima būtų palyginti su kitų perimetrų duomenimis.
16.	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas	1. Heijl/Krakau metodas; Video monitoravimas.
17.	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas	Motorizuotos smakro atramos pagalba
18.	Laikiklis korekciniams lęšiams	Būtinas.

19.	Komplektacija (jeigu prietaisas yra valdomas ne integruoto kompiuterio pagalba)	Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. Operacinė sistema ne mažiau „Windows 11“ arba lygiavertė.
20.	Prietaiso operacinė sistema	Visa prietaiso programinė įranga turi būti palaikoma operacinės sistemos ne mažiau „Windows 11“ arba lygiavertės.
21.	Komplekte su spausdintuvu	Nespalvotas lazerinis arba rašalinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui.
22.	Komplekte su staliuku	Reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas perimetrui bei kompiuteriui pastatyti.
23.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo.
24.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija
25.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai
26.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai).	Būtina
27.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (*prašome nurodyti konkrečią trukmę*) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (*būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas*). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Būtina

Parengė:
Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“
Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė Vida Meliūkštienė

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VIDA MELIŪKŠTIENĖ
2026-09-29 11:05:36 GMT+3
Paskirtis: Parašas
Powered by Dokobit