Priemonės intervencinei širdies elektrofiziologijai
SPECIFIKACIJA (VPP-3342)

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Orientacinis kiekis, vnt.
1	**Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti su elektrodu, kurio aktyvios fiksacijos spiralė yra dengta**		
1.1.	Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti	Introdiuseris ≤7F vidinio diametro, valdomas stiletu. Darbinis ilgis 42-45 cm, su hemostatiniu vožtuvu. Distalinė dalis-3D kreivė, nukreipianti įvedamą elektrodą link tarpskilvelinės pertvaros, rentgeno kontrastinė. Galimybė rinktis iš kelių introdiuserio kreivių. Introdiuseris skirtas 58-65cm ilgio elektrodams implantuoti. Suderinamas su 0,035" diametro nukreipiančiąja viela.	500 vnt.
1.2.	Elektrodas tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijai	Elektrodas tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijai sertifikuotas implantacijai į pertvarą, kurio ilgis 58-65 cm, diametras ≤6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos, su fiksavimo metu išsukama ir išlendančia aktyvios fiksacijos spirale, elektrodo distalinė dalis-rigidiška. Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus.	500 vnt.
1.3.	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas sukti elektrodą, tvirtinant pertvaroje ir leidžiantis matuoti stimuliacijos parametrus nenuimant užrakto.	500 vnt.
1.4.	Peiliukas	Peiliukas skirtas introdiuseriui pjauti nuėmimo metu.	500 vnt.
2	**Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti su elektrodu, kurio aktyvios fiksacijos spiralė yra atvira**		
2.1.	Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti	Introdiuseris ≤6F vidinio diametro. Darbinis ilgis 30-45 cm, distalinė dalis 3D kreivės, turintinčios 90^0 ir 120^0 kampus, nukreipiančios įvedamą elektrodą link tarpskilvelinės pertvaros; skirtas 59-74cm ilgio elektrodams implantuoti.	500 vnt.
2.2.	Elektrodas tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijai	Elektrodas sertifikuotas implantacijai į pertvarą, ilgis 59-74 cm, diametras ≤5F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos spiralė yra pastoviai atvira, elektrodas be stileto, fiksuojamas sukant visą elektrodą. Elektrodo išorė dengta poliuretano arba lygiaverte danga, fiksavimo spiralės (helikso) ilgis ≤1,8mm. Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus.	500 vnt.
2.3.	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas sukti elektrodą, tvirtinant pertvaroje ir leidžiantis matuoti stimuliacijos parametrus nenuimant užrakto.	500 vnt.
2.4.	Peiliukas	Peiliukas skirtas introdiuseriui pjauti nuėmimo metu.	500 vnt.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija.
2. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).
3. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.