



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-02-27 Nr. 26SR-VPS-1149

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą „Embrionų saugojimo diuaras (11694)“, pirkimo CVP IS Nr. 6634971 (toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2026-02-25 14:33 val. gautas tiekėjo prašymas dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos paaiškinimo: „*Laba diena, Norime paklausti: 3.2 ir 11.2 dalyse nurodomas reikalavimas "Metaliniai pakėlėjai (angl. goblet) - 10 vnt.", tačiau angliškas žodis "goblet" nėra pakėlėjai, tai yra "taurelės / stiklinės". Ar pasiūlymas būtų vertinamas kaip atitinkantis specifikacijas jeigu būtų pasiūlytas diuaras su 10 gobletų (taurių) su reikalingu jiems pakėlėju?*“.

Perkančioji organizacija dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) 3.2 ir 11.2 punktų, nekeisdama techninės specifikacijos esmės, paaiškina, kad dėl skirtingų terminų naudojimo techninėje specifikacijoje naudojamas angliškas terminas „Goblet“ atitinka tiekėjo paklausime naudojamą terminą „Taurelės“, dėl to, tiekėjo pasiūlymas būtų vertinamas kaip atitinkantis specifikacijas jeigu būtų pasiūlytas diuaras su 10 gobletų (taurių) su reikalingu jiems pakėlėju.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pirkime nebus pratęsiamas.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Indrė Rulevičiūtė