

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrinis pacientų transportavimo vežimėlis su integruota svėrimo funkcija

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė
1.	Paskirtis	Pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse
2.	Vežimėlio tipas	Paciento transportavimo vežimėlis: - su motorizuota pavara; - su integruotomis svarstyklėmis.
3.	Vežimėlio gulimas pagrindas	Ne mažiau keturių dalių.
4.	Sėdimoji, kardiologinė pozicija	Būtina.
5.	Aukščio keitimas	- Vežimėlis su ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmu; - Aukštis valdomas hidrauliniu būdu, kojinių pedalų pagalba; - Kolonos be gofruotos gumos.
6.	Važiuklė	Keturi pagrindiniai, ne mažiau 20 cm skersmens ratukai.
7.	Vežimėlio išoriniai matmenys	- Ilgis ribose nuo 215 cm iki 220 cm.; - Plotis ribose nuo 85 cm iki 90 cm.
8.	Maksimali leistina apkrova	Ne mažiau 300 kg.
9.	Centrinė stabdžių sistema	Centrinė stabdžių sistema valdoma pedalais su ne mažiau kaip dviem pedalais skirtingose pusėse.
10.	Gulimos dalies aukščio reguliavimas	- Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 85 cm. Matuojant nuo žemės iki čiužinio platformos; - Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų; - Pedalo/-ų pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis ar visa čiužinio platforma vienu metu; - Aukštis reguliuojamas kolonų pagalba.
11.	Nugarinės dalies reguliavimas	- Pakėlimo kampo nustatymas norimoje padėtyje amplitudė ne mažiau 0-85°; - Kampas fiksuojamas dujinės spyruoklės pagalba; - Valdoma rankenėlėmis sumontuotomis čiužinio platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose.
12.	Šoniniai porankiai	- Šoninių porankių ilgis 125 cm – 150 cm ribose; - Aukštis 30 cm – 42 cm ribose nuo čiužinio platformos.
13.	Integruotos rankenos	- Kojūgalyje integruotos stūmimo ir traukimo rankenos; - Nenaudojamas rankenas galima suskleisti/nulenkti.
14.	Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas	Ne mažiau 15°/-15°.
15.	Integruoti bamperiai	Smūgiams atsparūs bamperiai.
16.	Vežimėlio čiužinys	- Danga atspari valymui ir dezinfekcijai; - Čiužinio storis ne mažiau 8 cm; - Išmatavimai tinka vežimėlio čiužinio pagrindui; - Čiužinys tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti.
17.	Infuzinių skysčių laikiklis	- Integruoti du teleskopiniai infuzinių skysčių laikikliai-stūmimo rankenos.; - Sumontuoti galvūgalio dalies kampuose, skirti infuzijai ir stumti vežimėlį;

		- Nulenkiami.
18.	Elektrinė pavara	- Valdoma rankiniu pulteliu su liečiamuoju jutikliu (pultelis veikia kol ranka yra uždėta ant pultelio); - Integruoti mygtukai: įjungimo; judėjimas pirmyn; greitas judėjimas pirmyn; važiavimo sustabdymas; - Pultelyje integruotas baterijos indikatorius; - Greitis ne mažiau 3,5 km/h; - Maksimalus pakilimo kampas ne mažiau 5 laipsniai; - Elektrinio ratuko skersmuo ribose 20 – 24 cm.
19.	Integruotos svarstyklės	- Su ekranu: rodo svorio rodmenis ir baterijos būklę; - Integruotas paciento išlipimo iš lovos aliarmas; - Svarstyklių valdymas integruotas vežimėlio kojūgalyje.
20.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
21.	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija	- Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
22.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.
23.	CE žymėjimas	Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija.