

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

**VIEŠOJO PIRKIMO NR. 4358-1 „VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS.
ADATINIAI KONCENTRINIAI ELEKTRODAI ELEKTRONEUROMIOGRAFIJŲ
ATLIKIMUI“**

ATSAKYMAI į tiekėjų klausimus nr. 1

2026-03-09

Pirkimo CVP IS numeris: 6758621

Registro nr.

Registro data

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 1):

1. Tiekėjas prašo patikslinti koks yra laidų poreikis, kadangi specifikacijos (punktas 1.1.3) aprašyta, kad kartu su elektrodu turi būti laidas tinkantis Nikolet Viking Quest prietaisui.

Pagal aprašymą komplektacija turi susidėti iš dviejų priemonių (elektrodo ir laido).

Laidas yra daugkartinio naudojimo, elektrodas vienkartinio naudojimo, todėl prašoma patikslinti laidų poreikio kiekį.

ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad vieno laido užtenka apie 450 elektrodų. Pagal numatomą pirkti elektrodų skaičių reikės 4 laidų. Laido ilgis turi būti 80-110 cm ilgio. Laidai atskirai perkami nebus.

2 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 2):

2. Tiekėjas prašo 1.1.2. techninės specifikacijos reikalavimą išdėstyti taip:

"26-27G dydžio(0,417-0,455mm), 37 mm ($\pm$ 5mm) ilgio "

ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad tiekėjo prašomas reikalavimas 27G (0,41mm) yra netinkamas, nes per plonos - labai lankstosi, netinkamas atlikti tyrimui.

Patikslinamas techninės specifikacijos 1.1.2. reikalavimas ir išdėstomas sekančiai:

"26G dydžio (0,455-0,46mm), 37-50 mm ($\pm$ 5mm) ilgio"

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-03-16, 10 val.