

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

**VIEŠOJO PIRKIMO NR. 4358-1 „VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS.
ADATINIAI KONCENTRINIAI ELEKTRODAI ELEKTRONEUROMIOGRAFIJŲ
ATLIKIMUI“**

ATSAKYMAI į tiekėjų klausimus nr. 2

2026-03-10

Pirkimo CVP IS numeris: 6758621

Registro nr.

Registro data

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 3):

Tiekėjas prašo patikslinti informaciją dėl specifikacijos pakeimų:

Patikslinamas gautas 2026-03-09 , techninės specifikacijos 1.1.2. reikalavimas ir išdėstomas sekančiai: "26G dydžio (0,455-0,46mm), 37-50 mm ($\pm$ 5mm) ilgio", pagal ISO 9626 standartą 26G dydis yra apibrėžiamas intervale nuo 0.45 mm iki 0.46 mm. Bet koks šio intervalo susiaurinimas be medicininio pagrindimo laikomas pertekliniu reikalavimu.

Aprašyme nurodytas specifinis diametras (0.455-0.46mm) gali būti traktuojamas kaip ribojantis konkurenciją, nes jis dirbtinai pašalina gamintojus, kurių adatos atitinka standartą, bet yra apatinėje jo riboje (pvz., tiksliai 0,45 mm). Specifikacijoje nurodytas 0,005 mm tikslumas (nuo 0,455 mm) yra mažesnis nei leidžia standartinė paklaida.

Tiekėjas prašome patikslinti tech. specifikacijos reikalavimus ir 1.1.2 punktą išdėstyti sekančiai:

"26G dydžio (0,45-0,46mm), 37-50 mm ($\pm$ 5mm) ilgio"

arba

"26G dydžio, 37-50 mm ($\pm$ 5mm) ilgio"

ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija patikslina techninės specifikacijos 1.1.2. reikalavimą:

"26G dydžio (0,45-0,46mm), 37-50 mm ($\pm$ 5mm) ilgio"