

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ**MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2026-03-12

DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči supaprastintą atvirą konkursą „Mobiliuos odontologinės įrangos pirkimas“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 2026-03-10, pirkimo ID 6853106, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą (pranešimo ID 566157) ir teikia atsakymą:

Klausimas:

„siekdami užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir aukštą gaminio kokybę, siūlome šį pakeitimą.
NAIKINTI ŠĮ PUNKTĄ:

1.3. Rentgeno vamzdis Panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija

Specifikaciją atitikti su šiuo reikalavimu anglies nano technologijai, turint omeny ir reikalaujama srovę (2.5mA) 1.6 punkte, tik vienintelis produktas ir tiekėjas rinkoje - Vatech EzRay Air Portable. Kadangi technologija neturi įtakos gaunamiems vaizdams, bei reikalavimai kokybei yra aprašyti techninėje specifikacijoje, galime teigti, jog nepagrįstai ribojama konkurencija, todėl prašome šį punktą naikinti.“

Atsakymas:

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo Jūsų pateiktą siūlymą panaikinti techninės specifikacijos 1.3 punktą „Rentgeno vamzdis – panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija“.

Informuojame, kad techninės specifikacijos keisti neplanuojama.

Pažymime, kad techninėje specifikacijoje nėra nurodomas konkretus gamintojas ar konkretus produkto modelis. Reikalavime aiškiai nurodyta formuluotė „arba lygiavertė technologija“, todėl tiekėjai gali siūlyti ir kitus technologinius sprendimus, kurie savo techninėmis ir funkcinėmis savybėmis yra lygiaverčiai ir užtikrina tokius pačius ar geresnius įrenginio veikimo parametrus.

Minėtas reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį įsigyti patikimą, stabiliai veikiančią ir ilgalaikiam naudojimui tinkamą mobilų rentgeno aparatą, kuris būtų naudojamas kasdienėje klinikinėje praktikoje. Technologinis sprendimas, susijęs su rentgeno vamzdžio konstrukcija, turi tiesioginę įtaką įrenginio stabilumui, eksploataciniam patikimumui, energijos efektyvumui bei įrangos ilgaamžiškumui.

Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, siekė apibrėžti minimalų technologinį lygį, kuris leistų užtikrinti stabilų rentgeno spinduliuotės generavimą, vaizdų pakartojamumą diagnostikos procese ir patikimą įrangos veikimą viso eksploatacijos laikotarpio metu.

Techninės specifikacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo principais – proporcingumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimo. Perkančiosios organizacijos vertinimu, šis reikalavimas nėra perteklinis ar nepagrįstai ribojantis

konkurenciją, kadangi leidžiama siūlyti ir kitus lygiaverčius technologinius sprendimus, atitinkančius nustatytus techninius ir funkcinius parametrus.

Atsižvelgiant į tai, techninės specifikacijos 1.3 punktas paliekamas nepakeistas.

Komisijos pirmininkas

Valdas Riklius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Informacija tiekėjams PSPC
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-12 Nr. 3-92
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Riklius Viešųjų pirkimų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-12 16:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-12 16:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 11:27 - 2026-12-18 11:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-12 nuorašą suformavo Valdas Riklius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“